

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinika za kirurgiju

Kišpatićeva 12

## II KIRURŠKI INSTRUMENTI

### TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU PREDMETA NABAVE IX - Kiruški set instrumenata za laparoskopiju kolecistektomiju i herniplastiku

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataloški broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
<b>GRUPA PREDMETA NABAVE IX</b>									
	Kiruški set instrumenata za laparoskopiju kolecistektomiju i herniplastiku								
	OBAVEZNE MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE								
	( SADRŽAJ 4 SETA )								
1	REDUCIR OD min 10 do maks 11 - min 5,5 do maks 6 MM višekratan,1 paket=5 kom,preklopljiv,autoklavirajući	kom	4						
2	SKARE "METZENBAUM"  višekratne,Ø5mm,radna dužina min 310 do maks 360 mm,obosrano pokretne čeljusti,s monopolarnim priključkom,modularna,sastoje se od 2 ili 3 dijela,rotaciona,mogućnost autoklaviranja,mogućnost potapanja,mogućnost plazma sterilizacije	kom	8						
3	ATRAUMATSKA KLIJEŠTA ZA GRASPANJE  višekratna,Ø 5 mm,radna dužina min 310 do maks 360 mm,modularna,sastoje se od 2 ili 3 dijela,obosrano pokretne čeljusti,glatka,s monopolarnim priključkom,rotaciona,mogućnost autoklaviranja,mogućnost potapanja,mogućnost plazma sterilizacije	kom	8						

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehni- čkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataloški broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
4	KLIJEŠTA ZA GRASPANJE S PROZORČIĆEM	kom	8						
	višekratna,Ø 5 mm,radna dužina min 310 do maks 360 mm,obostрано pokretnе čeljusti,s prozorčićem,s monopolarnim priključkom,rotaciona,modularna,sastoje se od 2 ili 3 dijela,mogućnost autoklaviranja,mogućnost potapanja,mogućnost plazma sterilizacije								
5	KLIJEŠTA ZA GRASPANJE	kom	8						
	višekratna,Ø10 mm,radna dužina min 310 do maks 360 mm,rotaciona,modularna,sastoje se od 2 ili 3 dijela,mogućnost autoklaviranja,mogućnost potapanja,mogućnost plazma sterilizacije								
6	KLIJEŠTA ZA GRASPANJE I DISEKCIJU "MARYLAND/KELLY DISSEKTOR"	kom	4						
	višekratna,Ø 5mm,radna dužina min 310 do maks 360 mm,zakrivljena,s monopolarnim priključkom,fino nazubljena,obostрано pokretnе čeljusti,modularna,sastoje se od 2 ili 3 dijela,rotaciona,mogućnost autoklaviranja,mogućnost potapanja,mogućnost plazma sterilizacije								
7	IGLODRŽAČ Ø5MM	kom	4						
	višekratni,Ø 5mm,radna dužina min 310 do maks 360 mm,mogućnost dizanja igle u radni položaj,mogućnost rezanja konca,mogućnost autoklaviranja,mogućnost potapanja,mogućnost plazma sterilizacije								
8	INJEKCIIONA KANILA	kom	4						
	višekratna,Ø 5 mm,radna dužina 345 mm,vrh kanile Ø 0,7 mm,mogućnost autoklaviranja,mogućnost potapanja,mogućnost plazma sterilizacije								
9	SPUSTAČ ČVOROVA	kom	4						
	višekratni,Ø 5 mm,radna dužina min 330 do maks 360 mm,za intraabdominalne čvorove,mogućnost autoklaviranja,mogućnost potapanja,mogućnost plazma sterilizacije								
10	KUKIĆASTA ELEKTRODA, Ø 5MM	kom	4						
	višekratna,Ø 5 mm,radna dužina min 330 do maks 360 mm,s monopolarnim priključkom,mogućnost autoklaviranja,mogućnost potapanja,mogućnost plazma sterilizacije								

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehni- čkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataloški broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
11	DRŽAČ MULTIFUNKCIJSKOG SISTEMA	kom	4						
	višekratni,sa 2 tipke za a/ sukciju,b/ aspiraciju,mogućnost priključenja tubusa za sukciju i irrigaciju, a/ promjera min 3 do maks 3,5 mm,b/ promjera 5 mm,c/ promjera 10, mm,mogućnost priključenja raznih tipova crijeva, mogućnost uvođenja pomoćnih instrumenata kroz držač multifunkcijskog instrumenta,te služi kao radni kanal za instrument,mogućnost autoklaviranja,mogućnost potapanja,mogućnost plazma sterilizacije, mogućnost plinske sterilizacije								
12	HD optika	kom	4						
	Optika u "HD" ( visoka rezolucija,radna dužina minimalno 300 do maximalno 330 mm,promjer 10 mm,kut gledanja O stupnjeva ,mogućnost autoklaviranja ,mogućnost potapanja ,mogućnost plazma sterilizacije								
13	Košuljica troakara od minimalno 10 do maximalno 11 mm	kom	8						
	višekratna ,promjer minimalno 10 do maximalno 11 mm,radna dužina minimalno 100 do maximalno 110 mm,košuljica s navojima ,s priključkom za CO2, mogućnost autoklaviranja,mogućnost potapanja ,mogućnost plazma sterilizacije								
14	Troakar od minimalno 10 do maximalno 11 mm	kom	8						
	višekratan ,promjer minimalno 10 do maximalno 11 mm, radna dužina minimalno 100 do maximalno 110 mm, autoklaviranja,mogućnost potapanja ,mogućnost plazma sterilizacije								
15	Košuljica troakara od minimalno 5,5 do maximalno 6 mm	kom	8						
	višekratna ,promjer minimalno 5,5 do maximalno 6 mm, ,radna dužina minimalno 100 do maximalno 110 mm,košuljica s navojima ,s priključkom za CO2, mogućnost autoklaviranja,mogućnost potapanja ,mogućnost plazma sterilizacije								
16	Troakar od minimalno 5,5 do maximalno 6 mm	kom	8						
	višekratan ,promjer minimalno 5,5 do maximalno 6 mm, radna dužina minimalno 100 do maximalno 110 mm, autoklaviranja,mogućnost potapanja ,mogućnost plazma sterilizacije								
<b>UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE IX (brojkama)</b>									