

**PRILOG 3 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA**

**X MEDICINSKI I NEMEDICINSKI NAMJEŠTAJ**

**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA: GRUPA V - STO Postelje bolesničke s madracima**

Red br.	Tražene specifikacije	Ponuđene specifikacije	Bilješke, označiti rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, katalogu, prospektu i tehničkoj specifikacijsi proizvođača točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike, napomene reference za tehničku dokumentaciju	Ocjena DA / NE
1	2	3	4	5
	<b>GRUPA V</b>			
	<b>STO Postelje bolesničke s madracima</b>			
	<b>2 kom</b>			
	<b>Naziv proizvođača:</b>			
	<b>Naziv modela:</b>			
	<b>Zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati.</b>			
1	Ležna ploha četverodijelna izrađena od poprečnih segmenta od ABS plastike ili jednakovrijedan materijal koji se po potrebi mogu skidati radi pranja i dezinfekcije, granični protiv klizanja madraca, podešavanje putem elektromotora			
2	Ležna ploha minimalno dimenzija 2000x900 mm			
3	Visinska regulacija od minimalno 390-760 mm putem elektromotora			
4	Podešavanje Tr+15° / Atr-15° (dozvoljeno odstupanje ± 3°) putem elektromotora			
5	Nagib uzglavlja minimalno 0°-62°; nagib bedrenog dijela minimalno 0°- 20° putem elektro motora; podešavanje lisnog dijela mehanički			
6	Autoregresija –produženje leđnog dijela za minimalno 100 mm, a bedreno lisnog dijela za minimalno 60 mm			
7	Ručice za CPR smještene obostrano			
8	Čela kreveta od ABS plastike sa dekorom u boji po izboru, mogu se skidati, osigurači protiv nekontroliranog skidanja			
9	Krevet ima 4 elektromotora sa zaštitom od vlage IP54 ili IP66 ili IPX 4			
10	Sestrinski kontrolni panel sa svim komandama smješten kod uznožja ili bočno memorirani položaji ( CPR,Tr/Atr, kardio položaj), zaključavanje funkcija ručnog upravljača	Stranica 1 od 3		

11	Baterija u slučaju nestanka struje sa indikatorom napunjenošći			
12	Ručni upravljač dostupan pacijentu			
13	4 otvora za smještaj trapeza, infuzijskog stalka ili ekstenzijskog sistema			
14	Na uglovima kreveta kotačići kao zaštita od udaraca minimalno 100 mm			
15	Kotači minimalno Ø 150 mm sa centralnim kočenjem i mogućnošću usmjeravanja za pravocrtnu vožnju			
16	Na bočnim stranama kreveta nosači za urinske i drenažne vrečice.			
17	Metalne ograde jednostrukе, uzdužno sklapajuće sa mehanizmom na vrhu ograda, spuštanje jednom rukom			
18	Držači za montažu remenja za humano vezanje pacijenata			
19	Metalni dijelovi zaštićeni praškastom bojom nanesenom elektrostatski u boji			
20	Nosivost kreveta minimalno 210 kg			
21	Oprema:			
22	Trapez sa rukohvatom			
23	Teleskopski infuzijski stalak			
24	<b>Posteljni uložak za postelju za standardnu njegu pacijenta</b>			
24.1	Posteljni uložak, jednodijelni za standardnu njegu pacijenta / pasivni antidekubitalni madrac.			
24.2	Osigurano preventivno djelovanje protiv vlage, pregrijavanja			
24.3	Jezgra madraca izrađena od hladne poliuretanske pjene koja je narezana u blok strukturi radi boljeg raspoređivanja težine tijela pacijenta.			
24.4	Presvlaka madraca je nepropusna za tekućine a propusna za cirkulaciju zraka i pare.			
24.5	Presvlaka se može po potrebi skinuti prati i dezinficirati.			
24.6	Dimenzija madraca uskladena s dimenzijama postelje za koju se predviđa, visina minimalno 14cm.			
24.7	Nosivost madraca minimalno 210 kg			
25	<b>PRIRUČNICI - UPUTE ZA RUKOVANJE</b> na Hrvatskom jeziku			
26	<b>DODATNE USLUGE:</b>			
	Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za instalaciju opreme, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova opreme, izvršiti osnovne funkcionalne testove i osigurati svu dodatnu opremu za punu radnu funkcionalnost (kablove, konektore, periferne uređaje i postaviti uređaj u punu funkciju, konfiguracija, integracija, kalibracija opreme ).			
27	<b>Edukacija / trening :</b> 1 djelatnika u trajanju 30 minuta. Rok izvršenja edukacije u roku za isporuku uređaja od 45 dana. Edukacija će se provesti u prostoru Naručitelja na lokaciji Gundulićeva 5.			

28	<b>JAMSTVO :</b> 2 godine jamstva od dana prihvata opreme uz rok za odaziv od 24 sata od poziva te rok za popravak od 72 sata od prijave kvara. U jamstveni rok ulazi preventivno i korektivno održavanje opreme i rezervni dijelovi.		
29	<b>Rok isporuke:</b> maksimalno 45 dana		

**Napomena 1:** Stupac 3 ponuditelj mora popuniti tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“ ili „odgovara traženom“). Ponuditelj mora popuniti u stupcu ponuđene specifikacije i podatke vezane uz jamstveni rok i rok isporuke.

**Napomena 2:** Stupac 4 « Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju » ponuditelj mora popuniti.