

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinika za dermatovenerologiju

Šalata 4.

X - MEDICINSKI I NEMEDICINSKI NAMJEŠTAJ

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU PREDMETA NABAVE - Kada za pacijente koji boluju od epidermolize

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataloški broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
GRUPA PREDMETA NABAVE XI									
Kada za pacijente koji boluju od epidermolize									
OBAVEZNE MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE									
1	kada sa bočnim ulaznim vratima sa vertikalnim podizanjem								
2	metalni okvir kade zaštićen praškastom bojom nanesenom elektrostatski								
3	visinsko podešavanje kade preko centralnog stupa izrađenog od aluminija sa ugrađenim elektromotorom								
4	podešavanje nagiba kade putem elektromotora								
5	ulazna visina maksimalno 49 cm što omogućava lak ulazak i pacijentima na kolicima								
6	moguće punjenje kade u području stopala prije ulaska pacijenta								
7	anatomski oblikovano sjedalo za maksimalno udobno i sigurno kupanje								
8	kromirane ručke smještene obostrano unutar kade								
9	kontrolna ploča sa digitalnim displejem za podešavanje temperature vode								
10	mješalica i ručni tuš za tuširanje								
11	brzina punjenja kade min. 66 l/min sa tlakom od 3 bara								
12	Dimenzije kade maximalno 1910 x 860 mm								
13	Napon 230 V, 50 Hz, maks. 5A								
14	sustav za dezinfekciju ugrađen u okvir kade sa ključem, podešavanje putem dodirnog panela na kadi. Dezinfekcija kade se može aktivirati samo kada je kada prazna								
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE XI (brojkama)									