

EU - Europski fond za regionalni razvoj
 „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“
 KK.08.1.2.03.0012

Klinički bolnički centar Zagreb
 Klinika za ortopediju
 Kišpatićeva 12

XI RAZNE MEDICINSKE NAPRAVE I PROIZVODI

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU PREDMETA NABAVE - Pila mala baterijska s bušilicom za operaciju stopala

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
	GRUPA PREDMETA NABAVE XXIV								
	Pila mala baterijska s bušilicom za operaciju stopala (sadržaj 4 kompleta)								
	OBAVEZNE MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE								
1	MOTOR modularni baterijsko/strujni	kom	4						
2	vrtnja pri bušenju 0-1350 okr/min								
3	vrtnja pri frezanju 0-200 okr/min								
4	2 okidača s 4 moda rada: naprijed,nazad i oscilirajući za vijke i nareznicu								
5	kanulacija min 4.2 mm								
6	BUŠILICA Jacobs s ključem	kom	4						
7	kanulacija min 4.1 mm								
8	prihvat svrdla 0-4 mm								
9	BUŠILICA A.O.bez ključa	kom	4						
10	kanulacija min 2.1 mm								
11	PILA sagitalna, bez ključa	kom	4						
12	brzina 0-20.500 osc/min								
13	UVODNIK za žicu	kom	4						
14	kanulacija 4.0 mm								
15	prihvat žica 0.7-4.0 mm								
16	PILA recipročna, bez ključa	kom	4						
17	brzina 0-8000 osc/min								
18	PUNJAC baterije	kom	4						
19	za punjenje 1 baterije								
20	promjenjivi moduli za punjenje različitih baterija								
21	BATERIJA Lilon NMK (NiklMagnezijKobalt)	kom	8						
22	kapacitet min 2000 mAh								
24	led prikaz stanja baterije								
25	min 10.95 V, težina do 310 g								
26	KUĆIŠTE za bateriju	kom	8						

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
27	autoklavibilno, sa sigurnosnom bravicom								
28	led prikaz stanja baterije								
29	ŠTITNIK za sterilno ulaganje baterije	kom	8						
30	Pilice za sagitalnu pilu po izboru korisnika	kom	20						
31	Pilice za recipročnu pilu po izboru korisnika	kom	20						
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE XXIV (brojkama)									