

ELEKTROSTIMULATORI SRCA za razdoblje do 21. listopada 2018. godine

R.br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jedinica mjere	Ugovorena količina za jednu godinu ZN	Tvornički naziv proizvoda	Naziv proizvođača	Kataloški broj	Originalno pakiranje	Jeinična cijena FCO KBC Zagreb bez PDV-a	Ukupno (bez PDV-a)	Cijena org. pakiranja (bez PDV-a)	Stopa PDV-a U %	Iznos PDV-a	Sveukupno (s PDV-om)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (4x9)	11 (8x9)	12	13	14 (10+13)
<b>GRUPA PREDMETA NABAVE 22</b>													
1.	VENTRIKULSKI KARDIOVERTER DEFIBRILATOR S MOGUĆNOŠĆU SIGURNE PRETRAGE CIJELOG TIJELA UREĐAJEM ZA MAGNETNU REZONANCIJU BEZ VREMENSKOG OGRANIČENJA ILI OGRANIČENJA VISINE PACIJENTA + MOGUĆNOST RAZLIKOVANJA SUPRAVENTRIKULSKIH TAHIKARDIJA OD VENTRIKULSKIH TAHIKARDIJA + MOGUĆNOST DETEKCIJE ARITMIJE U TRI ZONE (VT, BRZA VT I VF) + EKSPERTNI SUSTAV ZA SAVJETOVANJE PROGRAMIRANJA PARAMETARA ELEKTROSTIMULACIJE I DETEKCIJE VT/VF PREMA DIJAGNOZI I STATUSU BOLESNIKA + PROGRAMIRANJE FREKVENCIJSKE ADAPTABILNOSTI ZA ZONU NORMALNOG I ZA ZONU VISOKOG FIZIČKOG OPTEREĆENJA + MOGUĆNOST BEŽIČNE KOMUNIKACIJE S PROGRAMATOROM ZA VRIJEME IMPLANTACIJE I PRI KONTROLAMA PACIJENATA + MOGUĆNOST ATP TERAPIJE ZA VENTRIKULSKE ARITMIJE UNUTAR VF ZONE DETEKCIJE + MOGUĆNOST AUTOMATSKOG REPROGRAMIRANJA ATP TERAPIJA NA TEMELJU USPJEŠNOSTI U PRETHODNIM EPIZODAMA + MOGUĆNOST PROGRAMIRANJA NAJMANJE DVA VEKTORA SENZINGA I STIMULACIJE (U RV ELEKTRODI) + MOGUĆNOST SOFTVERSKOG ISKLJUČIVANJA AKTIVNE VISOKONAPONSKE ELEKTRODE U SVC-U I AKTIVNOG KUĆIŠTA RADI PROMJENE VEKTORA VISOKONAPONSKOG ŠOKA + MOGUĆNOST AUTOMATSKOG MJERENJA PRAGA STIMULACIJE U VENTRIKLU + ZVUČNI ALARM UPOZORENJA U SLUČAJU ISCRPLJENJA BATERIJE + PROGRAMABILNA MAKSIMALNA ISPORUČENA ENERGIJA KARDIOVERZIJE I DEFIBRILACIJE OD NAJMANJE 35 J KOD SVIH TERAPIJA + PRIKAZ BAREM 6 MJESECI DIJAGNOSTIČKIH TRENDOVA FREKVENCIJE, VARIJABILNOSTI SRČANE FREKVENCIJE TE AKTIVNOSTI BOLESNIKA.	KOM	10						0.00	0.00		0.00	0.00
2.	PRIPADAJUĆA DEFIBRILACIJSKA STEROIDNA ELEKTRODA	KOM	10						0.00	0.00		0.00	0.00
3.	SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE PUNKCIJOM VENE SUBKLAVIJE (IGLA, ŽICA, ŠPRICA, UVODNICA, DILATATOR) STANDARDNIH VELIČINA OD MINIMALNO 7 DO MAKSIMALNO 12 FRENCHA (prema zahtjevu naručitelja).	KOM	2						0.00	0.00		0.00	0.00
<b>UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 22 (brojkama)</b>									0.00			0.00	0.00