

EU - Europski fond za regionalni razvoj
 „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“
 KK.08.1.2.03.0012

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinika za unutrašnje bolesti

Kišpatićeva 12.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU PREDMETA NABAVE - Fleksibilni videogastroskop

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
	GRUPA PREDMETA NABAVE I								
	Fleksibilni videogastroskop	kom	1						
3.1	Kut gledišta minimalno 140 stupnjeva								
3.2	Dubina vidnog polja maksimalno 2-100 mm								
3.3	Vanjski promjer distalnog vrha maksimalno 9.2 mm								
3.4	Vanjski promjer insercijske tube maksimalno 9,3 mm								
3.5	Radna dužina minimalno 1030 mm								
3.6	Promjer radnog kanala minimalno 2.8 mm								
3.8	Minimalno otklon gore/dolje 210°/90°								
3.9	Minimalno Otklon lijevo/desno 100°/100°								
3.10	Slikovna tehnologija uskopojasnog spektra za uočavanje promjena na tkivu i sitnih lezija								
3.11	Fokusiranje, obzervacije povećane mukoze, primicanje endoskopske slike 2 mm bliže mukozi								
3.12	Vodootporni jednododirni konektor								
3.13	Kompatibilnost s postojećom opremom, proizvođač je dužan nadograditi postojeće izvore svjetla i procesore s mogućnošću uporabe starih/postojećih endoskopa								
3.14	HDTV kvaliteta slike								
	UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE I (brojkama)								