

EU - Europski fond za regionalni razvoj  
 „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“  
 KK.08.1.2.03.0012

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinika za ženske bolesti i porode

Petrova 13

**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU PREDMETA NABAVE - Histeroskop od 10 mm**

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
	<b>GRUPA PREDMETA NABAVE XI</b>								
	<b>Histeroskop od 10 mm</b>								
		kom	2						
	OBAVEZNE MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE								
1.1.	Teleskop 12° kut gledanja, promjer od min 2,7 do maks 4 mm, radne dužine min 28 do maks 30 cm.								
	Autoklavibilan, prijenos svjetla fiberoptičkim vlaknima.								
	3-godišnja garancija								
1.2.	Svjetlosni kabel, promjera snopa optičkih vlakana min 2,8 do maks. 3.5 mm, dužine min. 230 cm, autoklavibilan								
1.3.	Vanjska košuljica histeroresektoskopa, min od 24 do maks. 26 Fr. Rotaciona, kontinuirano ispiranje.								

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
	Sa setom crijeva za dovod i odvod otopine. Autoklavibilna								
	Set uključuje pripadajuću unutarnju košuljicu								
1.4.	Standardni obturator, autoklavibilan								
1.5.	Bipolarni radni element, pasivni								
	Bipolarni set sastoji od:								
	bipolarna omča za rezanje 2x								
	bipolarna koagulacijska elektrode 1x								
	bipolarna koagulacijska kuglica 1x								
	bipolarni kabel za visoko frekventne struje								
	zaštitnu kutijicu za omče								
1.6.	Plastični kontejner za sterilizaciju sa silikonskim podloškom i poklopcem. Vanjskih dimenzija: (š x d x v): min 400 do maks 515 x od min 200 do maks 233 x min 60 do maks 65 mm								
1.7.	Plastični kontejner za sterilizaciju. Mogućnost sterilizacije u autoklavu i								
	plazma sterilizatoru. Sa poklopcem. Za sterilizaciju dviju optika, radnih dužina do 34 cm.								
	Vanjskih dimenzija: (š x d x v): min od 400 do maks 446 x min 85 do maks 120 x 45 do maks 60								

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
1.8.	Bipolarne elektrode, osnovne, loop. Sterilno pakiranje 1 jednokratna sterilna elektroda.								
1.9.	Bipolarne elektrode, loop. Male. Sterilno pakiranje 1 jednokratna sterilna elektroda.								
1.10.	Bipolarne elektrode, koagulacijska. Sterilno pakiranje 1 jednokratna sterilna elektroda.								
<b>UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE XI ( brojkama )</b>									