

EU - Europski fond za regionalni razvoj
 „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“
 KK.08.1.2.03.0012

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinika za unutrašnje bolesti

Kišpatićeva 12.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU PREDMETA NABAVE - Fleksibilni videokolonoskop sa magnifikacijom

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
GRUPA PREDMETA NABAVE IV									
Fleksibilni videokolonoskop sa magnifikacijom									
		kom	1						
1.1	HDTV kvaliteta slike								
1.2	Širina vidnog polja minimalno 140 do maksimalno 170 stupnjeva								
1.3	Bliže fokusiranje minimalno 2mm								
1.4	Dubina vidnog polja minimalno 5-100 mm								
1.5	Promjer distalnog vrha maksimalno 13.2mm								
1.6	Promjer insercijske tube maksimalno 12.8mm								
1.7	Promjer radnog kanala minimalno 3.7 mm								
1.8	Minimalna vidljiva udaljenost 2 mm od distalnog vrha								
1.9	Otklon gore/dolje: 180°/180°								
1.10	Otklon lijevo/desno: 160°/160°								
1.11	Radna dužina minimalno 1680 mm								
1.12	Slikovna tehnologija uskopojasnog spektra								
1.13	Vodootporni jednododirni konektor								
1.14	Korištenje optičkog sistema za fokusiranje dubine vidnog polja								
1.16	Kompatibilnost s postojećom opremom, proizvođač je dužan nadograditi postojeće izvore svijetla i procesore s mogućnošću uporabe starih/postojećih endoskopa								
1.17	Funkcija ukručivanja endoskopa radi lakšeg rukovanja, funkcija lakše insercije i funkcija bolje pokretljivosti endoskopa u crijevu								
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE IV									