

EU - Europski fond za regionalni razvoj
 „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“
 KK.08.1.2.03.0012

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinika za urologiju

Kišpatićeva 12

RENDGENSKE NAPRAVE

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA PREDMET NABAVE - "RTG uređaj Uroskop s mogućnošću priključivanja uređaja za urodinamiku"

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
	GRUPA PREDMETA NABAVE III								
	RTG uređaj Uroskop s mogućnošću priključivanja uređaja za urodinamiku	kom	1						
1	rendgensko snimanje urotakta								
2	soba za preglede min. 2 monitora dijagonale min. 19", min rezolucije 1280x1024 pixela na pokretnom nosaču koji se montira na gornjem dijelu aparata ili na stropu								
3	kontrolna soba monitor dijagonale min. 19" min. rezolucije 1280x1024 pixela								
4	visoko frekvencijski generator frekvencije min. 50 kHz i snage min. 80 kW								
5	prikaz cijelog urotakta u jednoj rendgenskoj snimci								
6	dodatni HD monitor za prikaz endoskopske snimke i ultrazvuka								
7	slobodno pozicioniranje monitora na pomičnoj ruci pri operacijskom stolu								
8	analiza rentgenske snimke na radnoj stanici								
9	pohrana HD endoskopske i ultrazučne snimke u arhivu								
10	povezivost s PACS sustavom bolnice Dicom Send Storage Commitment i Modality Worklist								
11	izvoz snimki na USB memoriju u min. Dicom i TIFF formatima								
12	snimanje i ponovni pregled dinamičkih fluoroskopskih sekvenci								
13	printanje snimki na papir								

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
14	motorizirani nagib stola min. +/- 90 stupnjeva, motorizirano namještanje visine stola, longitudinalni motorizirani pomak gornje ploče stola min. +/- 20 cm, transversalni motorizirani pomak gornje ploče stola min. +/- 7 cm, trendelenburg pozicija min. +/- 15 stupnjeva								
15	duljina gornje ploče stola max. 120 cm, ekstenzija gornje ploče stola min. 90 cm, s tim da se može utaknuti sa prednje ili stražnje strane gornje ploče stola. Nosivost stola min. 270 kg								
16	RTG cijev toplinskog kapaciteta anode min. 750 kWh								
17	postavljanje pacijenta u sjedeći položaj za izvođenje video urodinamike								
18	kontrola rendgena i stola na nožnoj papučici								
19	pristup bolesniku s obje strana stola								
20	postav pacijenta u litotomijski položaj								
21	ravni detektor izražen od aSi sa Csl								
22	minimalno aktivno polje snimanja 42x42cm								
23	matrica detektora minimalno 2800x2800 piksela								
24	težina samog uređaja do 1600kg								
25	mogućnost spajanja na električnu mrežu dostupnu u operacijskoj sali								
26	postavljanje u prostorne dimenzije odgovarajuće trenutnoj operacijskoj sali								
27	ostala oprema: Nožni prekidač za fluoroskopiju kroz radiografiju u sobi za preglede Nožna ploča za slikanje u stojećoj poziciji Noslač za urološke vrećice s kompletom uroloških vrećica min. 20 kom Sjedalo za postavljanje pacijenta kod uroloških pregleda Oslonac za ruke Oslonac za lakat Madrac za pacijenta-stol Trake za vezanje ruku Držači za noge za odrasle Držači za noge za djecu Noslač za ramena Noslač za infuzijsku bocu Polica za postavljanje endoskopskih modula Odvijiva zaštita od zračenja za gornji dio tijela montirana na vodilice na kolimatoru Komorica za mjerenje doze zračenja integrirana u kućištu kolimatora								

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE III (brojkama)									