

EU - Europski fond za regionalni razvoj
 „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“
 KK.08.1.2.03.0012

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinika za urologiju

Kišpatićeva 12

III MEDICINSKI LASERI

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA PREDMET NABAVE - URO Laser holmium za liječenje urolitijaze

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataloški broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
	GRUPA PREDMETA NABAVE II -								
	Laser holmium za liječenje urolitijaze	kom	1						
1	Tip lasera:Holmium-Yag laser								
2	Snaga lasera:30 Watti								
3	Minimalna energija pulsa:200 mJ								
4	maksimalna energija pulsa:4000 mJ								
5	Napon:230/16 A								
6	Mogućnost priključenja jednokratnih sondi od 230,270,365, 600,800 i 1000 µm								
7	Mogućnost priključenja višekratnih sondi od 230,270,365, 600,800 i 1000 µm								
8	Duljina pulsa:200-500 µs								
9	Raspon frekvencije:3-20 Hz								
10	Pilot laserska zraka:523 nm								
11	Pilot laserska zraka je zelene boje								
12	Dužina vala:2,1 µm								
13	zaslon:"touchscreen" WVA-širokog kuta gledanja								
14	integrirani sistem hlađenja								
15	Medicinska norma:EC Medicinska direktiva MDD 93/42/EEC								
16	Certifikat kvalitete:DIN EN ISO 13485								
	UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE II (brojkama)								