

**EU Europski fond za regionalni razvoj „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“ KK.08.1.2.03.0012**

**KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB**  
**Zagreb, Kišpatićeva 12**

Zagreb, 24. travnja 2017.

Na temelju članka 198 stavak 4 Zakona o javnoj nabavi (NN120/16) Klinički bolnički centar Zagreb objavljuje

**IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I  
PRIJEDLOZIMA**

Predmet nabave: **III-Medicinski laseri**

Evidencijski broj nabave: **5.1.A5/4.3**

Temeljem članka 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016), a s ciljem prethodnog savjetovanja u postupcima nabave radova, te nabave roba i usluga velike vrijednosti, Klinički bolnički centar Zagreb je na svojoj internet stranici dana 14. travnja 2017. godine objavio prijedlog dokumentacije o nabavi sa opisom predmeta nabave, tehničkim specifikacijama, kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterijima za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora, za predmetnu nabavu, u trajanju od pet radnih dana od dana objave.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Klinički bolnički centar Zagreb zaprimio je pitanja na koje dajemo odgovore kako slijedi:

**Grupa predmeta nabave II**

**1.PITANJE**

Stavka 5. Glasi:“Napon:230/16A.“ Molimo da se spomenuta stavka promijeni u :“Napon:230V te maksimalno 16A“.

**ODGOVOR:**

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom navedene stavke te ona sada glasi: :“Napon:230V te maksimalno 16A“.

**2. PITANJE**

Stavka 6. Glasi:“Mogućnost priključenja jednokratnih sondi od 230, 270, 365, 600, 800 i 1000  $\mu\text{m}$ “. Molimo da se spomenuta stavka promijeni u : Mogućnost priključenja jednokratnih sondi u rasponu veličina :200-230, 250-280, 350-380, 500-650, 700-850, i 900-1050  $\mu\text{m}$ .

**ODGOVOR:**

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom navedene stavke te ona sada glasi: Mogućnost priključenja jednokratnih sondi u rasponu veličina :200-230, 250-280, 350-380, 500-650, 700-850, i 900-1050  $\mu\text{m}$ .

### **3. PITANJE**

Stavka 7. Glasi: "Mogućnost priključenja višekratnih sondi od 230, 270, 365, 600, 800 i 1000  $\mu\text{m}$ ". Molimo da se spomenuta stavka promijenu u: "Mogućnost priključenja višekratnih sondi u rasponu veličina :200-230, 250-280, 350-380, 500-650, 700-850, i 900-1050  $\mu\text{m}$ ."

#### **ODGOVOR:**

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom navedene stavke te ona sada glasi: "Mogućnost priključenja višekratnih sondi u rasponu veličina :200-230, 250-280, 350-380, 500-650, 700-850, i 900-1050  $\mu\text{m}$ ."

### **4. PITANJE**

Stavka 10. Glasi: "Pilot laserska zraka: 523 nm". Molimo da se spomenuta stavka promijeni u: "Pilot laserska zraka 532 nm." Što je odgovarajuća valna duljina za zelenu pilot zraku kod većine proizvođača.

#### **ODGOVOR**

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom navedene stavke te ona sada glasi: "Pilot laserska zraka 532 nm."

### **Grupa predmeta nabave IV**

#### **1. PITANJE**

Molimo izmjenu specifikacije troškovnika-grupa IV, stavka 1.7. i 1.8., u smislu izmjene tehničke specifikacije (kao i u napomena u sklopu Dokumentacije za nadmetanje tj. Izjava ponuditelja i Općih uvjeta Ugovora), koja bi trebala glasiti: "Sonde su višekratni potrošni materijal i ne podliježu jamstvu."

#### **ODGOVOR:**

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta u smislu izmjene i dopune tehničke specifikacije te dokumentacije za nadmetanje na način da se dodaje tekst: "Sonde su višekratni potrošni materijal i ne podliježu jamstvu."

S obzirom na činjenicu da je ovo predmet nabave koji je financiran iz sredstava Europske unije, javni naručitelj je po provedenom prethodnom savjetovanju s gospodarskim subjektima, objavljenu dokumentaciju i troškovnike ovog predmeta nabave uputio na pregled i kontrolu Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata iz Europske unije, te će dokumentaciju o nabavi, izmijenjenu sukladno zaprimljenim primjedbama, u najkraćem mogućem roku objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave, a po objavi ovog Izvješća o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na internetskim stranicama javnog naručitelja.

S poštovanjem,

**Za Službu nabave**

**Josip Jerleković, struč. spec. ing. log.**