

EU Europski fond za regionalni razvoj „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“ KK.08.1.2.03.0012

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Zagreb, Kišpatićeva 12

Zagreb, 28. travnja 2017.

Na temelju članka 198 stavak 4 Zakona o javnoj nabavi (NN120/16) Klinički bolnički centar Zagreb objavljuje

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA

Predmet nabave: **VII-endoskopski uređaji i oprema**

Evidencijski broj nabave: **5.1.A5/4.7**

Temeljem članka 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016), a s ciljem prethodnog savjetovanja u postupcima nabave radova, te nabave roba i usluga velike vrijednosti, Klinički bolnički centar Zagreb je na svojoj internet stranici dana 21. travnja 2017. godine objavio prijedlog dokumentacije o nabavi sa opisom predmeta nabave, tehničkim specifikacijama, kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterijima za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora, za predmetnu nabavu, u trajanju od pet radnih dana od dana objave.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Klinički bolnički centar Zagreb zaprimio je pitanja na koje dajemo odgovore kako slijedi:

Grupa predmeta nabave IV

1. PITANJE

Red.br. 1.7. „Promjer radnog kanala minimalno 3.7 mm “

Molim izmijeniti u **Promjer radnog kanala minimalno 3.2 mm**

ODGOVOR:

Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom. Naručitelj je odredio predmet nabave sukladno svojim stvarnim potrebama, a za isti je proveo tehničke konzultacije, odnosno analizu tržišta, te je predmet nabave opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način.

Grupa predmeta nabave V

1. PITANJE

Red.br. 5 “Vrijeme sušenja endoskopa maksimalno 120 min”

Molim izmijeniti u **Vrijeme sušenja endoskopa maksimalno 180 min**

ODGOVOR:

Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom. Naručitelj je odredio predmet nabave sukladno svojim stvarnim potrebama, a za isti je proveo tehničke konzultacije, odnosno analizu tržišta, te je predmet nabave opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način.

Grupa predmeta nabave VI

1. PITANJE

Red.br. 7 "Pritisak ulazne vode minimalno 2 bara"

Molim izmijeniti u **Pritisak ulazne vode minimalno 2.4 bara**

ODGOVOR:

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom te navedena stavka glasi:
Pritisak ulazne vode minimalno 2.4 bara

2. PITANJE

Red.br. 13 "Električno napajanje 400 V,3N AC 50 Hz"

Molim izmijeniti u Električno napajanje maksimalno 400 V,3N AC 50 Hz

ODGOVOR

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom te navedena stavka glasi:
Električno napajanje maksimalno 400 V,3N AC 50 Hz

3. PITANJE

Molimo Vas izmjenu naziva troškovnika za grupu 6.

Naime, u objavljenom nazivu troškovnika grupe 6 stoji Kabinet za sušenje i pohranu endoskopa, a tehničke karakteristike su od mašine za dezinfekciju dva endoskopa.

Točan naziv prema Vašem planu nabave za grupu 6 je:

Grupa VI Stroj za pranje endoskopa.

ODGOVOR

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom naziva troškovnika grupe 6 te ispravljeni naziv glasi: **Grupa VI Stroj za pranje endoskopa.**

Grupa predmeta nabave IX

1. PITANJE

Molimo Vas da na svojim internetskim stranicama objavite troškovnik za grupu IX, a koji je utvrđen na tehničkim konzultacijama prethodno održanim u vašoj cijenoj Ustanovi.

Naime, troškovnik koji se trenutno nalazi na vašim stranicama ne sadrži ranije utvrđene izmjene.

ODGOVOR

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za promjenom troškovnika i objavio je na svojoj internet stranici troškovnik utvrđen na tehničkim konzultacijama sa potencijalnim ponuditeljima.

S obzirom na činjenicu da je ovo predmet nabave koji je financiran iz sredstava Europske unije, javni naručitelj je po provedenom prethodnom savjetovanju s gospodarskim subjektima, objavljenu dokumentaciju i troškovnike ovog predmeta nabave uputio na pregled i kontrolu Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata iz Europske unije, te će dokumentaciju o nabavi, izmijenjenu sukladno zaprimljenim primjedbama, u najkraćem mogućem roku objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave, a po objavi ovog Izvješća o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na internetskim stranicama javnog naručitelja.

S poštovanjem,

Za Službu nabave

Josip Jerleković, struč. spec. ing. log.