

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB

Kišpatićeva 12

**EPRUVETE S PODTLAKOM**

Red. br.	Naziv i opis predmeta nabave- Epruvete s podtlakom	Jed. mjere	Okvirne godišnje potrebe	potrebna količina uzoraka	Proizvođač i zemlja podrijetla	Komercijalni naziv proizvoda	kataloška oznaka proizvoda	Jednična cijena fco KBC ZAGREB bez PDV-a	cijena za pakiranje	Pakiranje	stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=4x9
<b>GRUPA PREDMETA NABAVE V</b>												
<b>EPRUVETE S PODTLAKOM, LANCETE</b>												
1	Biokemijske epruvete s podtlakom, staklene, bez aditiva 13x75mm, 5ml	kom	42000	najmanje jedinično pakiranje								
2	Epruvete za koagulaciju s podtlakom dim. 13x75mm, 3,2% puferirani citrat, 4,5ml, staklene, sa punjenjem do kraja	kom	145000	najmanje jedinično pakiranje								
3	Staklene epruvete za sedimentaciju s podtlakom maksimalnog volumena 5 ml	kom	20000	najmanje jedinično pakiranje								
4	Stalak za sedimentaciju za epruvete pod stavkom 4	kom	5	najmanje jedinično pakiranje								
5	Biokemijske epruvete s trombinom i gelom 13x100 mm, 4 - 5 ml	kom	100	najmanje jedinično pakiranje								
6	Lancete automatske sa zaštitom za vađenje u mikroepuvete s mogućnošću podešenja 3 različite dubine uboda (1,3mm, 1,8mm i 2,3mm)	kom	100000	najmanje jedinično pakiranje								

Red. br.	Naziv i opis predmeta nabave- Epruvete s podtlakom	Jed. mjere	Okvirne godišnje potrebe	potrebna količina uzoraka	Proizvođač i zemlja podrijetla	Komercijalni naziv proizvoda	kataloška oznaka proizvoda	Jednična cijena fco KBC ZAGREB bez PDV-a	cijena za pakiranje	Pakiranje	stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=4x9
7	Epruvete za koagulaciju s podtlakom 13x75mm, 3,2% puferirani citrat, volumena do 2 ml sa punjenjem do kraja -duple zataljene	kom	13500	najmanje jedinično pakiranje								
8	Epruvete za koagulaciju s podtlakom 13x75mm, 3,2% puferirani citrat, volumena od 2 do 3 ml, sa punjenjem do kraja-duple zataljene	kom	100	najmanje jedinično pakiranje								
<b>UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE V - BROJKAMA BEZ PDV-A</b>												
<p><b>NAPOMENA</b> za stavke 1 i 5 iz grupe predmeta nabave V - stavke moraju biti kompatibilne s predanalitičkim sustavom svih proizvođača o čemu treba priložiti izjavu.</p>												