

Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za uporabu u anesteziji i intenzivnoj medicini

REDNI BROJ	NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE	JEDINICA MJERE	OKVIRNA GODIŠNJA POTREBA	KOMERCIJALNI NAZIV PROIZVODA	KATALOŠKI BROJ PROIZVODA	PROIZVOĐAČ-ZEMLJA PORIJEKLA	ORIGINALNO PAKIRANJE	JEDINIČNA CIJENA bez PDV-a	STOPA PDV-a (%)	CIJENA ZA ORIGINALNO PAKIRANJE bez PDV-a	UKUPNA CIJENA bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 10 - Potrošni materijal za respiratornu njegu											
1	Airway Guedel veličine 000	kom	115								
2	Airway Guedel veličine 00	kom	130								
3	Airway Guedel veličine 0	kom	135								
4	Airway Guedel veličine 1	kom	214								
5	Airway Guedel veličine 1.5	kom	544								
6	Airway Guedel veličine 2	kom	3739								
7	Airway Guedel veličine 3	kom	3920								
8	Airway Guedel veličine 4	kom	630								
9	Airway Guedel veličine 5	kom	4								
10	Kanila nosna za kisik - pedijatrijska.	kom	950								
11	Kanila nosna za kisik - neonatalna.	kom	300								
12	Cjevčica za kisik 1.8 m sa mekanim pripojima na krajevima.	kom	1625								
13	Maska s balonom za visoku koncentraciju kisika i vizualnim indikatorom disanja - odrasli.	kom	1820								
14	Maska anestezioška mirisna (višnja/agoda). Veličina 0 (neonatal:mirisna).	kom	5								
15	Maska anestezioška mirisna (višnja/agoda). Veličina 1(neonatal:mirisna).	kom	12								
16	Maska anestezioška mirisna (višnja/agoda). Veličina 2(neonatal:mirisna).	kom	9								
17	Maska anestezioška mirisna (vanilija). Veličina 3	kom	85								
18	Maska anestezioška mirisna (vanilija). Veličina 4	kom	125								
19	Maska anestezioška mirisna (vanilija). Veličina 5	kom	245								
20	Maska anestezioška mirisna (vanilija). Veličina 6	kom	5								
21	Sistem za disanje za respiratore antimikrobi, s ionima srebra koji imaju antimikroban učinak na bakterije. Potvrda o testu na: E.Coli, Klebsiella pneumoniae, Staph.epidermidis, MRSA, Acinetobacter calcoaceticus, Pseudomonas aeruginosa. Dimenzije sistema; dužina 1.6 m, Pripoj 22M/ 15Fr.	kom	200								
22	Maska pedijatrijska za aerosolnu terapiju 22M s nosnom stezaljkom, i pomičnom elastičnom trakom za fiksaciju uz lice.	kom	50								
23	Set za inhalacije; sastoji se od maske za odrasle s pomičnim zglobom 22M, raspršivača za čestice 2 - 5u l 1,8 m cjevčice za kisik.	kom	1400								
24	Balon bez lateksa za anesteziju 0.5 L	kom	10								
25	Balon bez lateksa za anesteziju 1 L	kom	30								
26	Balon bez lateksa za anesteziju 2 L	kom	120								
27	Balon bez lateksa za anesteziju 3 L	kom	10								
28	Balon za reanimaciju 1500 ml.	kom	142								
29	Maska jednokratna za oksigenaciju i aerosolnu terapiju putem traheostome, za odrasle. Kutni izlaz 22M.	kom	5								
30	Maska jednokratna za oksigenaciju i aerosolnu terapiju putem traheostome, za djecu. Kutni izlaz 22M.	kom	30								
31	Set za inhalacije; sastoji se od raspršivača za čestice 2-5µm, usnika 1.8 - 2,1 m cjevčice za kisik.	kom	1000								
32	Izmjenjivač topline i vlage; povrat vlage ne smije biti manji od 26 mgH2O/l za VT 500 ml. Poklopac za otvor za aspiraciju je jednom stranom uvjet pričvršćen za kućište. Integriran sigurnosni mehanizam protiv začepljenja, sadrži glijativi priključak za spoj za cjevčicu za kisik i cjevčicu 1.8 m.	kom	760								
33	Jednokratni hidrofobni filter za pogonski element vakuum regulatora sa sigurnosnom posudom.	kom	40								
34	Dvostruki TIVA kombinacijski set za davanje putem TIVA / TCI pumpe za anesteziju, sadrži dvije anti-sifon valvule i jednu anti-refluks valvulu, 2.5m.	kom	5								
35	Dvostruki TIVA kombinacijski set za davanje putem TIVA / TCI pumpe za anesteziju, sadrži anti-sifon valvulu i anti-refluks valvulu, 2.5m.	kom	5								
36	Endobronhijalni tubus tipa Robertshaw desni s bojem kodiranim bronhalnim lumenom od mekanog PVC-a u setu sa sukcijskim kateterom, bronhalnim stiletom i Y 15mm komektorm, vel. 35Fr	kom	5								
37	Endobronhijalni tubus tipa Robertshaw desni s bojem kodiranim bronhalnim lumenom od mekanog PVC-a u setu sa sukcijskim kateterom, bronhalnim stiletom i Y 15mm komektorm, vel. 37Fr	kom	1								
38	Endobronhijalni tubus tipa Robertshaw desni s bojem kodiranim bronhalnim lumenom od mekanog PVC-a u setu sa sukcijskim kateterom, bronhalnim stiletom i Y 15mm komektorm, vel. 39Fr	kom	1								
39	Endobronhijalni tubus tipa Robertshaw desni s bojem kodiranim bronhalnim lumenom od mekanog PVC-a u setu sa sukcijskim kateterom, bronhalnim stiletom i Y 15mm komektorm, vel. 41Fr	kom	1								
40	Endobronhijalni tubus tipa Robertshaw lijevi s bojem kodiranim bronhalnim lumenom od mekanog PVC-a u setu sa sukcijskim kateterom, bronhalnim stiletom i Y 15mm komektorm, vel. 35Fr,	kom	5								
41	Endobronhijalni tubus tipa Robertshaw lijevi s bojem kodiranim bronhalnim lumenom od mekanog PVC-a u setu sa sukcijskim kateterom, bronhalnim stiletom i Y 15mm komektorm, vel. 37Fr	kom	1								
42	Endobronhijalni tubus tipa Robertshaw lijevi s bojem kodiranim bronhalnim lumenom od mekanog PVC-a u setu sa sukcijskim kateterom, bronhalnim stiletom i Y 15mm komektorm, vel. 39Fr	kom	1								
43	Endobronhijalni tubus tipa Robertshaw lijevi s bojem kodiranim bronhalnim lumenom od mekanog PVC-a u setu sa sukcijskim kateterom, bronhalnim stiletom i Y 15mm komektorm, vel. 41Fr	kom	1								

Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za uporabu u anesteziji i intenzivnoj medicini

REDNI BROJ	NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE	JEDINICA MJERE	OKVIRNA GODIŠNJA POTREBA	KOMERCIJALNI NAZIV PROIZVODA	KATALOŠKI BROJ PROIZVODA	PROIZVOĐAČ-ZEMLJA PORIJEKLA	ORIGINALNO PAKIRANJE	JEDINIČNA CIJENA bez PDV-a	STOPA PDV-a (%)	CIJENA ZA ORIGINALNO PAKIRANJE bez PDV-a	UKUPNA CIJENA bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 10 - Potrošni materijal za respiratornu njegu											
44	NAJAM ZA VRIJEME TRAJANJA UGOVORA O NABAVI: Volumetrijska pumpa, sa mogućim primjenama: intravenerozne, intraarterijalne, subkutane, intraperitonealne, epiduralne, intratekalne terapije, mora sadržavati senzore okluzije i zraka; vizualne i zvučne poruke ili jednakovrijedno. Jednakovrijednost Naručitelj ocjenjuje na sljedeći način: Prijenosni uređaj za primjenu infuzije i intraveneroznih pripravaka, Raspon protoka: 0.1 - 99.9 ml/h u koracima od 0.1 ml/h 100 - 999 ml/h u koracima od 1 ml/h 1000 - 1200 ml/h u koracima od 10 ml/h, Raspon volumena infuzije: 0.1ml - 9999ml, mogućnost podešavanja isporuke ukupnog volumena kroz određeno vrijeme, mogućnost odabira unaprijed definiranog volumena spremnika: 3000ml, 2000ml, 1500ml, 1000ml, 500ml, 250ml, 200ml, 100ml, 50ml, manualna i automatska isporuka bolusa, brzina isporuke bolusa podesiva u rasponu: 10 - 1200 ml/h u koracima od 10ml/h, volumen bolusa podesiv u rasponu: 0.1 - 100 ml, KVO "Keep Vein Open" podesiv: 0.1 - 20 ml/h u koracima od 0.01ml ili isto kao primarna infuzija, preciznost isporuke: Linearno (tehnički) +/- 2% Klinički +/- 5%, Podešavanja razine pritiska okluzije u 9 predodređenih razina: L0 - L8, LCD ekran s prikazom alfa-numeričkih parametara infuzije. Dijagonalna i površina ekrana: minimalno 8 cm; minimalno 50 cm2, akustično vizualni alarmi i upozorenja: Alarm okluzije - infuzija zaustavljena; Infuzija pri kraju - podesivo od 1 do 15 min prije kraja ili 10% početnog volumena što god nastupi prije; Kraj infuzije - podesiv rezidualni volumen od 0.1 do 5% volumena, pumpa nastavlja u KVO načinu rada; Upozorenje završetka, KVO ili natavka infuzije; Slaba baterija - 30 min prije potpunog pražnjenja: Baterija prazna; Otvorena vratna; Zrak u liniji - jedan mjeđur; Zrak u liniji - akumulirano; Zrak u liniji - na početku infuzije; Okluzija nizvodno; Okluzija uzvodno; Titracija; Sigurnosna klemna; Pogrešno stavljen set; Nedostaje set; Pumpa isključena iz strujne mreže; Interni kvarintegrirana punjiva NiMH baterija omogućuje rad minimalno 6h od potpuno punog stanja pri protoku od 25ml/h, zaštita pumpe od padova i vode prema klasi IPX3, Integriranje hvaljateljke za oostavljanje na standardnu medicinsku šinu 10x25mm, stup ili nosač više	kom	55								
45	Maska za kisik za odrasle s vizualnim indikatorom disanja (kuglica u tubi), nosnim klipom i cjevčicom 1.8 m.	kom	2920								
46	Set za traheo - bronhalnu inhalaciju (čestice veličine 2 - 5, MMD 3,25 mikrona) za odrasle: transparentna eko maska s dvostrukom bradom bez PVC za odrasle, raspršivač s navojnim spojem, cjevčicu s navojem, adapter s obostranim navojem.	kom	70								
47	Set za traheo - bronhalnu inhalaciju (čestice veličine 2 - 5, MMD 3,25 mikrona) za djecu: transparentna eko maska bez PVC za djecu, raspršivač s navojnim spojem, cjevčicu s navojem, adapter s obostranim navojem.	kom	960								
48	Raspršivač za traheo-bronhalnu inhalaciju bez PVC s navojnim spojem (čestice veličine 2 - 5, MMD 3,25 mikrona).	kom	65								
49	Set za alveolarnu (čestice veličine 0.5 - 2, MMD 1,2 mikrona) inhalaciju za odrasle: transparentna maska za odrasle s nosnim klipom, raspršivač i cjevčica 1.8m s mekanim završecima.	kom	300								
50	Raspršivač za alveolarnu inhalaciju (čestice veličine 0.5 - 2, MMD 1,2 mikrona).	kom	50								
51	Filter bakteriološko-virološki, dječji s izmjenjivačem topline i vlage za anesteziju; testiran testom sa soli prema standardu ISO23328-1: zapremina 28ml, ovlaživanje i povrat vlage 32 mg H2O/l (mjereno prema IOS 9360-2:2003) zatvarač luer pripojia neodvojiv od kućišta filtra. Priložiti rezultate standara BS EN 1281-1 o pripojima filtra.	kom	680								
52	Filter elektrostatski bakteriološko-virološki s izmjenjivačem topline i vlage za anesteziju: penetracija ne smije biti veća od 1.19%. Pad neupotrebijenog filtra ne smije biti veći od 100Pa pri protoku od 30 l/min. Pad tlaka nakon 3 h uporabe se ne smije povećati za više od 18 Pa pri protoku od 30 l/min. Ovlaživanje i povrat vlage ne smiju biti manji od 3 mg H2O mjereno sukladno ISO 9360-2:2003, volumen filtra ne smije biti veći od 59 ml. Mora biti testiran na nepropusnost na prirodni latex. Zatvarač luer pripojia za mjerjenje CO2 mora biti neodvojiv od kućišta filtra.; priložiti rezultate neovisnih mjerjenja koja potvrđuju navedene navode kao i test o zadovoljavanju standarda BS EN 1281-1 o pripojima filtra. Filter mora biti pakovan u setu sa nastavkom za tubus koji zadržava namješten oblik, i ima otvore za aspiraciju i bronhoskopiju.	kom	3150								
53	Filter bakteriološko-virološki s izmjenjivačem topline i vlage za dugotrajanu mehaničku ventilaciju. Elektrostatski filter za disanje testiran na učinkovitost sprečavanja infekcije sa: Microbacterium TBC, Hepatitis C, Bacillus subtilis var.niger, Virus MS2, Poliphage , postupak mjerjenja kako je opisano u Anesthesia 2000;55:458-65, testiran testom testom sa soli prema standardu ISO 23328-1: Penetracija ne smije biti veća od 0.65 %. Pad neupotrebijenog filtra ne smije veći od 120 Pa pri protoku od 30 l/min. Pad tlaka nakon 3 h uporabe se ne smije povećati za više od 13 Pa pri protoku od 30 l/min. Ovlaživanje i povrat vlage ne smiju biti manji od 28 mg H2O mjereno sukladno ISO 9360-2:2003, volumen filtra ne smije biti veći od 67 ml. Zatvarač luer pripojia za mjerjenje CO2 mora biti neodvojiv od kućišta filtra. Priložiti rezultate neovisnih mjerjenja koja potvrđuju navedene navode kao i test o zadovoljavanju standarda BS EN 1281-1 o pripojima filtra. Filter mora biti pakovan u setu sa nastavkom za tubus koji zadržava namješten oblik, i ima otvore za aspiraciju i bronhoskopiju.	kom	980								
54	Filter bakteriološko-virološki s izmjenjivačem topline i vlage za dugotrajanu mehaničku ventilaciju. Elektrostatski filter za disanje testiran na učinkovitost sprečavanja infekcije sa: Microbacterium TBC, Hepatitis C, Bacillus subtilis var.niger, Virus MS2, Poliphage , postupak mjerjenja kako je opisano u Anesthesia 2000;55:458-65, testiran testom testom sa soli prema standardu ISO 23328-1: Penetracija ne smije biti veća od 0.65 %. Pad neupotrebijenog filtra ne smije veći od 120 Pa pri protoku od 30 l/min. Pad tlaka nakon 3 h uporabe se ne smije povećati za više od 13 Pa pri protoku od 30 l/min. Ovlaživanje i povrat vlage ne smiju biti manji od 28 mg H2O mjereno sukladno ISO 9360-2:2003, volumen filtra ne smije biti veći od 67 ml. Zatvarač luer pripojia za mjerjenje CO2 mora biti neodvojiv od kućišta filtra. Priložiti rezultate neovisnih mjerjenja koja potvrđuju navedene navode kao i test o zadovoljavanju standarda BS EN 1281-1 o pripojima filtra. Filter mora biti pakovan u setu sa nastavkom za tubus koji zadržava namješten oblik i ima otvore za aspiraciju.	kom	480								
55	Pripoj T 22M/15F-22M-22F.	kom	360								
56	Pripoj 22M/15 F-6,5MM.	kom	270								

Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za uporabu u anesteziji i intenzivnoj medicini

REDNI BROJ	NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE	JEDINICA MJERE	OKVIRNA GODIŠNJA POTREBA	KOMERCIJALNI NAZIV PROIZVODA	KATALOŠKI BROJ PROIZVODA	PROIZVOĐAČ-ZEMLJA PORIJEKLA	ORIGINALNO PAKIRANJE	JEDINIČNA CIJENA bez PDV-a	STOPA PDV-a (%)	CIJENA ZA ORIGINALNO PAKIRANJE bez PDV-a	UKUPNA CIJENA bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 10 - Potrošni materijal za respiratornu njegu											
57	Filtar bakteriološko-virološki za disanje s papirnatim izmjenjivačem vlage i topine, sterilno pakiran: elektrostatski filter bakterijske i virusne filtracijske učinkovitosti 99,999% testiran na učinkovitost sprječavanja infekcije s Bacillus subtilis var niger i bakteriogafom ΦX174 (dostaviti rezultate nezavisnog ispitivanja). Ovlaživanje i povrat vlage pri VT500ml ne smiju biti manji od 32mg H2O/L. Otpor ne smije biti veći od 1,6 cm H2O pri protoku od 30 L/min, te 3,0 cmH2O pri 60 L/min. Volumen filtra ne smije biti veći od 57 ml. Težina filtra ne smije premašiti 31g. Minimalan tidal volumen: 150 ml. Mora sadržavati luer port za uzorkovanje snijes plinova, neodvojiv od kućišta filtra. Pripoji: 22F/15M (prema aparu) - 22M/15F (prema pacijentu).	kom	1050								
58	Sistem za disanje s aktivnim ovlaživanjem, kompatibilan sa Draeger - Evita, koje su u vlasništvu Naručitelja; Sistem mora imati sloj iona srebra koji imaju antimikroban učinak na bakterije: MRSA, E.Coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter calcoaceticus, S. epidermidis.	kom	120								
59	Sistem za disanje 22 M za anesteziju izrađen od materijala koji zadržava namješen oblik. Svi pripoji moraju prilikom neovisnog testiranja biti dimenzionirani sa standardom BS EN 1281-1:1997. Svaki od testiranog pripoja u rezultatima neovisnog testiranja mora zadovoljavati uvjete standarda BS EN 1281-1:1997. Pripoj na »Y» 22M/15F. Sastoji se od osnovnog sistema koji se može razvuci do 2 M, kratka cijev za balon koji se može razvuci do 1.5 M i balona bez latexa 3 l.	kom	140								
60	Sistem za disanje 22 M za anesteziju . izrađen od materijala koji zadržava namješen oblik. Svi pripoji moraju prilikom neovisnog testiranja biti dimenzionirani sa standardom BS EN 1281-1:1997. Svaki od testiranog pripoja u rezultatima neovisnog testiranja mora zadovoljavati uvjete standarda BS EN 1281-1:1997. Pripoj na »Y» 22M/15F. Sastoji se od osnovnog sistema koji se može razvuci do 2 M, kratka cijev za balon koji se može razvuci do 1.5 M i balona bez latexa 2 l.	kom	1400								
61	Sistem za disanje 22 M za anesteziju: Svi pripoji zadovoljavaju uvjete standarda BS EN 1281-1:1997. Sastoji se od osnovnog sistema 1.6M kratka cijev za balon 1.2M, balona 2 l, kutni nastavak s luer pripojem na »Y» 22M/15F i cjevčica za monitoriranje. Sistem mora imati sloj iona srebra koji imaju antimikroban učinak na bakterije MRSA, E.Coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter calcoaceticus, S. epidermidis.	kom	345								
62	Cjevčica za monitoriranje CO2 3M M-M Luer Lock.	kom	480								
63	Sistem dječji za disanje 15 MM s kratkom cijevi za balon + balon latex free.	kom	345								
64	Balon za reanimaciju 280 ml - infant.	kom	15								
65	Adapter setovi za davanje sadržaja sa i bez dodatnog beziglenog ulaza.	kom	1000								
66	Vrećica za sakupljanje sadržaja kompatibilan sa bronhospirator »Aspiritor» s filtrom, koji je u vlasništvu Naručitelja: volumen 2 L, ne smiju sadržavati PVC. Filter mora biti integriran s unutarnje strane vrećice na strani prema vakumu. Kao razlikovni indikator zatvarač mora biti plave boje.	kom	1680								
67	Pripoj bezigleni s pretakacem za staklene boce s odzračnikom.	kom	500								
68	Pripoj bezigleni s pretakacem za male boćice.	kom	50								
69	Pripoj bezigleni sa cjevčicom dužine 150 cm.	kom	1000								
70	Valvula za lavažu / sukciju enteralno hranjenih bolesnika.	kom	50								
71	Sistem koaksijalni za disanje, prilagođen za korištenje pri anesteziji s niskim protokom plinova, dužine 1,6 m. Inspiratorna cijev mora biti (unutarnja) umetnuta u ekspiratornu (vanjsku). Spoj ekspiratornog dijela i aparata treba biti podesive dužine do 50 cm, i odvojiv od cjevi. Spoj cjevi prema pacijentu treba se moći rotirati po horizontalnoj osi. Vanjska (ekspiratorna) cijevi treba biti impregnirana ionima srebra u svrhu inaktivacije bakterija MRSA, E.Coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter calcoaceticus, S. epidermidis., tj. prevencija bolničkih infekcija. Set cjevi treba sadržavati cjevčicu za monitoriranje, kutni nastavak 22M/15F, te zatvarač za testiranje.	kom	570								
72	Sistem za anesteziju dužine 1,6 m, od armiranih cjevi s mekanim završecima. U inspiratornom i ekspiratornom dijelu mora imati integrirane kondenzacijske posude. Y nastavak mora se moći rotirati po horizontalnoj i vertikalnoj osi, te mora imati pripoj za respiratorno monitoriranje, sa zatvaračem neodvojivim od Y nastavka. Set mora sadržavati cjevi za balon dužine 0,8 m, koja također mora biti izrađen od armiranih cjevi s mekanim završetkom, i balon 2L bez latexa, cjevčicu za monitoriranje dužine 2,54 m, te odgovarajući filter s izmjenjivačem vlage i topline.	kom	250								
73	Set dvostuki produžni manjeg lumena, dužine 15 cm s 2 integrirana beziglena pripoja, prilagođen korištenju kod novorođenčadi i djece.	kom	850								
74	Set dvostruki produžni za venski put, manjeg lumena, dužine 13 cm, s integrirana 2 beziglena pripoja.	kom	150								
75	Set dvostruki produžni za venski put, standardnog lumena, dužine 10 cm, s integrirana 2 beziglena pripoja.	kom	850								
76	Filtar bakteriološki virološki s izmjenjivačem topline i vlage za anesteziju. Elektrostatski filter za disanje testiran testom sa soli prema standardu ISO 23328-1 (penetracija ne smije biti veća od 1,92%) (pričvršćeni rezultate neovisnih mjerjenja koji to potvrđuju). Pad tlaka neupotrebљenog filtra ne smije biti veći od 100 Pa pri protoku 30l/min. (pričvršćeni rezultate neovisnih mjerjenja koji to potvrđuju) - Pad tlaka nakon 3h uporabe se ne smije povećati za više od 15 Pa pri protoku j30l/min. (pričvršćeni rezultate neovisnih mjerjenja koji to potvrđuju). Ovlaživanje, povrat vlage je 30 mg H2O mjereno po ISO 9360-2:2003 (pričvršćeni rezultate neovisnih mjerjenja koji to potvrđuju). Volumen filtra ne smije biti veći od 58 ml. (pričvršćeni rezultate neovisnih mjerjenja koji to potvrđuju). Zatvarač Luer pripoj za mjerjenje CO2 mora biti neodvojiv od kućišta filtra. Pričvršćeni neovisni test o zadovoljavanju standarda BS EN 1281-1 o pripojima filtra. Pričvršćeni rezultate neovisnih mjerjenja koji to potvrđuju.	kom	100								
77	Cjevčica za monitoriranje 1,8m unutarnjeg promjera 1,2mm, pripoj-muški luer/muški luer.	kom	25								
78	Cjev produžna za sukciju 2,0m,6x8,5mm sa mekanim završetkom na djelu prema jednokratnim sabirnim vrećicama, te univerzalnim pripojem za aspiracijske katetere V max-95 kpa.	kom	3960								
79	Nastavak gibljivi za tubus 15M na ulaznom i izlaznom dijelu s mogućnošću regulacije od 49 - 100 mm s ulazom za uzrokovanje 7,6 mm .	kom	150								
80	Filtar za krv od 18 mikrona s filtracijskim medijem od nehrđajućeg čelika i volumenom ispune ne većim od 0,7ml.	kom	1550								
81	Drenaža jednokratna za sakupljanje krvi s mogućnošću barem dvije transfuzije sakupljene krvi (autologne transfuzije) svake po 800ml, namjerenja korištenju u ortop.kir. Sabirni spremnik mora biti zapremine 1500ml s ugradenim filterom od 120 mikrona i s 2 graduirane skale označene različitim bojama koje pokazuju ukupan sakupljene volumen i volumen krvi koju je moguće transfundirati. Na ulazu drenažne cijevi u spremnik mora biti prilagođeni dio za uzmajanje uzorka krvi za lab.analizu. Vrećica za transfuziju sakupljene krvi mora biti integrirana u drenažu, zaštićena dodatnim čvrstim pakovanjem, zapremine 800ml i sadržavati dodatni filter od 40 mikrona. Drenaža mora imati mogućnost rada putem slobodnog pada i putem vak.jedinice s podesivom jačinom sukcije u rasponu od 25 do 100 mmHg. Vak.jed.mora imati bateriju s mogućnosti ponovnog punjenja, biti višekratna i odvojiva i ne biti integralni dio drenaže. Postupak sakupljanja, prebacivanja i transf.sakupljene krvi mora u potpunosti biti zatvoren, tj.ne smije dozvoliti mogućnost kont. krvi u postupcima prije same transf.	kom	864								
82	Set produžni standardnog lumena, dužine 230cm, s integriranim filtrom i silikonskom umetkom na sredini sistema duljine 10 cm.	kom	20								

Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za uporabu u anesteziji i intenzivnoj medicini

REDNI BROJ	NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE	JEDINICA MJERE	OKVIRNA GODIŠNJA POTREBA	KOMERCIJALNI NAZIV PROIZVODA	KATALOŠKI BROJ PROIZVODA	PROIZVOĐAČ-ZEMLJA PORJEKLA	ORIGINALNO PAKIRANJE	JEDINIČNA CIJENA bez PDV-a	STOPA PDV-a (%)	CIJENA ZA ORIGINALNO PAKIRANJE bez PDV-a	UKUPNA CIJENA bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 10 - Potrošni materijal za respiratornu njegu											
83	Posude transparentne plastične autoclavibilne baždarene plastične od 2l za sustav za sukciju sa jednokratnim vrećicama.	kom	30								
84	Univerzalno crijevo za kisik/sukciju rola 50m	kom	10								
85	Filtar bakteriološko virološki s izmjenjivačem topline i vlage za anesteziju sa gibljivim nastavkom za tubus. Elektrostatski filter za disanje testiran testom sa soli prema standardu ISO 23328-1 (penetracija ne smije biti veća od 1,92%) (priložiti rezultate neovisnih mjerjenja koji to potvrđuju). Pad tlaka neupotrebљenog filtra ne smije biti veći od 100 Pa pri protoku 30l/min. (priložiti rezultate neovisnih mjerjenja koji to potvrđuju) - Pad tlaka nakon 3h uporabe se ne smije povećati za više od 15 Pa pri protoku 30l/min. (priložiti rezultate neovisnih mjerjenja koji to potvrđuju). Ovlaživanje, povrat vlage je 30 mg H2O mjereno po ISO 9360-2:2003 (priložiti rezultate neovisnih mjerjenja koji to potvrđuju). Volumen filtra ne smije biti veći od 58 ml. (priložiti rezultate neovisnih mjerjenja koji to potvrđuju). Zatvarač Luer pripaja za mjerjenje CO2 mora biti neodvojiv od kućišta filtra. Priložiti neovisan test o zadovoljavanju standarda BS EN 1281-1 o pripojima filtra. Priložiti rezultate neovisnih mjerjenja koji to potvrđuju.	kom	75								
86	Maske transparentne anesteziološke, mirisne, dostupna u veličini 1 izrađene od materijala koji ne sadrži PVC, anatomske oblike. Veličine maski trebaju biti razlikovno označene bojama.	kom	10								
87	Maske transparentne anesteziološke, mirisne, dostupna u veličini 2 izrađene od materijala koji ne sadrži PVC, anatomske oblike. Veličine maski trebaju biti razlikovno označene bojama.	kom	15								
88	Maske transparentne anesteziološke, mirisne, dostupna u veličini 3 izrađene od materijala koji ne sadrži PVC, anatomske oblike. Veličine maski trebaju biti razlikovno označene bojama.	kom	30								
89	Maske transparentne anesteziološke, mirisne, dostupna u veličini 4 izrađene od materijala koji ne sadrži PVC, anatomske oblike. Veličine maski trebaju biti razlikovno označene bojama.	kom	15								
90	Maska za odrasle za aerosolnu terapiju s pripojem 22M, izrađena od materijala koji ne sadrži PVC, i pomicnom elastičnom trakom za fiksaciju uz lice.	kom	200								
91	Maska za kisik za odrasle, izrađena od materijala koji ne sadrže PVC.	kom	275								
92	Maska transparentna za kisik za odrasle izrađena od materijala koji ne sadrži PVC, originalno pakirana sa cijevicom dužine 2,1 m.	kom	1120								
93	Držač za cijevi za respirator 2x22M/2x15M.	kom	1								
94	Drenaža jednokratna za sakupljanje krvi iz medijastinuma i prsišta s jednom drenažnom cijevi, s mehaničkim ventilom koji omogućava podešavanje negativnog tlaka u rasponu 5 do -40 cm H2O. Mora imati mjesto za uzrokovanje smješteno na ulazu drenažne cijevi u prostor za sakupljanje sadržaja.	kom	10								
95	Drenaža jednokratna za sakupljanje krvi iz medijastinuma i prsišta s dvije drenažne cijevi, s mehaničkim ventilom koji omogućava podešavanje negativnog tlaka u rasponu -5 do -40 cm H2O. Mora imati mjesto za uzrokovanje smješteno na ulazu drenažne cijevi u prostor za sakupljanje sadržaja.	kom	24								
96	Pripoj bezigleni za zaštitu ulaznog mjesta u vaskularni prostor. Mrtav prostor od 0,04 ml. Protok mora biti 165 ml/min., ili veći. Bez lateks ili metala, MR kompatibilan. Mjesto pristupa/aktivacije mora biti testirano na min. 600 aktivacija.	kom	5100								
97	Skretnica trostrjerna, namijenjena postavljanju na ulazno mjesto u venski put, s dva integrirana beziglena pripoja slijedećih svojstava: mrtav prostor pripoja ne smije biti veći od 0,06 ml. Protok mora biti 185 ml/min, ili veći. Pripoj ne smije sadržavati lateks ili metal, i mora biti MR kompatibilan. Mora biti prikladan za davanje svih oblika infuzijskih i transfuzijskih pripravaka, te kompatibilan s alkoholom, betadinom i klorheksidinom. Mjesto pristupa/aktivacije mora biti testirano na min 600 aktivacija, te se ne smije moći probiti iglom.	kom	450								
98	Set produžni dužine 240 cm sa s lipidnim i nelipidnim filterom za давanje pripravaka parenteralne prehrane.	kom	540								
99	Podloga za izmjenu topline, od netkanog materijala, veličine 31,8 cm x 45,7 cm (za novorođenčad i dječju). Namijenjena korištenju kod jednog bolesnika.	kom	5								
100	Podloga za izmjenu topline, od netkanog materijala, veličine 63,5 cm x 83,8 cm (dječja). Namijenjena korištenju kod jednog bolesnika.	kom	5								
101	Podloga za izmjenu topline, veličine 55,8 cm x 76,2 cm (dječja). Namijenjena korištenju kod jednog bolesnika.	kom	2								
102	Podloga za izmjenu topline, veličine 61 cm x 152,4 cm (za odrasle). Namijenjena korištenju kod jednog bolesnika.	kom	2								
103	Sonda eozofagealna/ rektalna temperaturna , namijenjena korištenju kod jednog pacijenta.	kom	1								
104	Uređaj za vježbe disanja, s maksimalnim volumenom izdahnutog zraka od 1200 ml/sek. Uređaj mora imati tri odjeljka, s označenim volumenom na svakom odjeljku (600 ml/sek, 900 ml/sek, 1200 ml/sek). Usnik mora biti odvojiv od uređaja radi mogućnosti čišćenja, a uređaj mora imati integriran spremnik za odlaganje usnika nakon pranja.	kom	528								
105	Vrećica za sakupljanje sadržaja bronchoaspiratora kompatibilna s uređajem «Aspirtor» s filterom, koji je u vlasništvu Naručitelja: volumen 1 l, ne smiju sadržavati PVC. Filter mora biti integriran s unutarnje strane vrećice na strani prema vakumu. Kao razlikovni indikator zatvarač mora biti plave boje.	kom	820								
106	Sustav jednokratni za kontinuirano praćenje tlaka s mehanizmom za automatsko ispiranja 3 ml/h.	kom	1350								
107	Spremnik jednokratni za absorber uglijčnog dioksida, kompatibilan s CLIC adapterom, koji je u vlasništvu Naručitelja, sa indikacijskom promjenom boje bijelo u ljubičasto.	kom	438								
108	Pretakач univerzalni s beziglenim pripojem slijedećih svojstava: mrtav prostor pripoja ne smije biti veći od 0,06 ml, protok mora biti 185 ml/min, ili veći. Pripoj ne smije sadržavati lateks ili metal. Mora biti prikladan za давanje lijekova, svih oblika infuzijskih pripravaka, te kompatibilan s alkoholom, betadinom i klorheksidinom. Mjesto pristupa/aktivacije mora biti testirano na min. 600 aktivacija, te se ne smije moći probiti iglom.	kom	100								
109	Bakteriološko-virološki filter s izmjenjivačem topline i vlage za dugotrajnu mehaničku ventilaciju. Elektrostatski filter za disanje testiran na učinkovitost sprečavanja infekcije sa: Microbacterium TBC, Hepatitis C, Bacillus subtilis var.niger, Virus MS2, Poliphage , postupak mjerjenja kako je opisano u Anesthesia 2000;55:458-65, testiran testom testom sa soli prema standardu ISO 23328-1: Penetracija ne smije biti veća od 0,65 %.Pad neupotrebљenog filtra ne smije veći od 120 Pa pri protoku od 30 l/min. Pad tlaka nakon 3 h uporabe se ne smije povećati za više od 13 Pa pri protoku od 30 l/min. Ovlaživanje i povrat vlage ne smiju biti manji od 28 mg H2O mjereno sukladno ISO 9360-2:2003, volumen filtra ne smije biti veći od 67 ml. Zatvarač luer pripaja za mjerjenje CO2 mora biti neodvojiv od kućišta filtra.Pričuvati rezultate neovisnih mjerjenja koja potvrđuju manedenje navode kao i test o zadovoljavanju standarda BS EN 1281-1 o pripojima filtra.	kom	280								
110	Konektor s fleksibilnim nastavkom (dužina nastavka 70-150 mm), dvostruko okretan, sa spojem za respirator 22M/15F i dvostrukim otvorom 7,6 i 9,5 mm za aspiraciju i bronhoskopiju.	kom	300								
111	Izmjenjivač topline i vlage - sterilan, povrat vlage ne smije biti manji od 26 mgH2O/l za VT 500ml, poklopac za otvor za aspiraciju je jednom stranom uvijek pričvršćen za kućište, sigurnosni mehanizam protiv začepljenja, sadrži gibljivi priključak za spoj	kom	800								

Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za uporabu u anesteziji i intenzivnoj medicini

REDNI BROJ	NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE	JEDINICA MJERE	OKVIRNA GODIŠNJA POTREBA	KOMERCIJALNI NAZIV PROIZVODA	KATALOŠKI BROJ PROIZVODA	PROIZVOĐAČ-ZEMLJA PORJEKLA	ORIGINALNO PAKIRANJE	JEDINIČNA CIJENA bez PDV-a	STOPA PDV-a (%)	CIJENA ZA ORIGINALNO PAKIRANJE bez PDV-a	UKUPNA CIJENA bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 10 - Potrošni materijal za respiratornu njegu											
112	Bakteriološko-virusološki filtri za difuziju i pletizmografiju, s integriranim usnikom 24 mm. Mrtav prostor ne smije biti veći od 65 ml, bakteriološka filtracijska učinkovitost pri 55 l/min ne smije biti manja od 99,54%, a pri 750 l/min ne smije biti manja od 99,40% (priložiti nezavisna mjerjenja). Virološka filtracijska učinkovitost pri 55 l/min ne smije biti manja od 99,24 , a pri 750 l/min ne smije biti manja 99,40% (priložiti nezavisna mjerjenja).	kom	14200								
113	Eko set s venturijevim ventilima za odrasle.	kom	50								
114	Filtar elektrostatski bakteriološki za tidal volumen 100-1500ml. Mora biti testiran testom sa soli (penetracija kod ne korištenog filtrane smije biti veća od 3,51%, a nakon 3 sata simuliranog korištenja ne smije biti veća od 4,06%, postupak mjerjenja po BS EN 13328-1). Pad tlaka neupotrebljene filtrane smije biti veći od 111 Pa pri protoku 30 l/min. Pad tlaka nakon tri sata uporabe ne smije se povećati za više od 76 Pa pri protoku 30 l/min. Ovlaživanje i povrat vlage ne smiju biti manji od 22 g/m ³ mjereno sukladno BS EN ISO 9360-1:2000. Volumen filtra ne smije biti veći od 34 ml. Zatvarač luer pripoj za mjerjenje CO ₂ mora biti neodvojiv od kućišta filtra. Priložiti rezultate neovisnih mjerjenja koji potvrđuju navedene navode, kao i test o zaovoljavanju standarda BS EN 1281-1 o pripojima filtra.	kom	200								
115	Mini četkica za djecu i intubirane pacijente s certifikatom za medicinsku primjenu. Vlakna četkice moraju biti izljevena iz jednog komada plastike kako bi se onemogućilo ispadanje vlakana.	kom	810								
116	Jednokratno pakiranje gelā za oralnu higijenu, 2g.	kom	2000								
117	Četkica sa spojem za fiziološku otopinu.	kom	50								
118	Maska transparentna za kisik za djecu izrađena od materijala koji ne sadrži PVC, originalno pakirana sa cijevčicom dužine 2,1 m.	kom	240								
119	Maska za aerosolnu terapiju za djecu, izrađena od materijala koji ne sadrže PVC.	kom	20								
120	Filtar bakteriološko-virološki za disanje s izmjenjivačem vlage i topline za djecu, sterilno pakiran: mehanički filter bakterijske i virusne filtracijske učinkovitosti 99,99% testiran na učinkovitost sprječavanja infekcije s Bacillus subtilis var niger i bakteriofagom ΦX174 (dostaviti rezultate nezavisnog ispitivanja). Ovlaživanje i povrat vlage pri VT500ml ne smiju biti manji od 30mg H ₂ O/L. Otpor ne smije biti veći od 2,1 cmH ₂ O pri protoku od 30 L/min. Volumen filtra ne smije biti veći od 28 ml. Težina filtra ne smije premašiti 20g. Minimalan tidal volumen: 75 ml. Mora sadržavati luer port za uzorkovanje snijese plinova, neodvojiv od kućišta filtra. Pripoji: 22F/15M (prema aparatu) - 22M/15F (prema pacijentu).	kom	50								
121	Eko set za traheo-bronhalnu inhalaciju (čestice veličine 2 - 5, MMD 3 mikrona) za odrasle: transparentna maska za odrasle, raspršivač, cijevčica.	kom	50								
122	Sistem za disanje, pedijatrijski od rastezljivih cijevi za anesteziju dužina 2.0 m, balon 1L, pripoj 22M/ 15F.	kom	35								
123	Kanila nosna zaobljena bez DEHP 2,1 m - prematurus.	kom	200								
124	Kanila nosna zaobljena bez DEHP 2,1 m - neonatalna.	kom	50								
125	Kanila nosna zaobljena bez DEHP 2,1 m - pedijatrijska.	kom	100								
126	Set za pleuralnu punkciju s jednosmjernim valvulama i Verres iglom - CH9.	kom	50								
127	Set za pleuralnu punkciju s jednosmjernim valvulama i Verres iglom - CH12.	kom	6								
128	Set za pleuralnu punkciju s jednosmjernim valvulama, Verres iglom i produžnom linijom - CH9.	kom	6								
129	Set za pleuralnu punkciju s jednosmjernim valvulama Verres iglom i produžnom linijom - CH12.	kom	5								
130	Bezigleni uređaj sa silikonskom valvulom za održavanje protočnosti CVK. Mrtav prostor 0,04 ml, protok 100 ml/min. Bez lateks ili metala, MRI kompatibilan.	kom	2000								
131	Filtar za infuziju 0,2μ	kom	25								
132	Filtar za infuziju 1,2μ	kom	25								
133	Tubus jednokratni supraglotički s gastričnim kanalom, spojem za O2 i kukama za fiksacijsku traku. Od materijala nalik gelu. Integriran blokator ugriza. Veličine 3. Pakiran u setu s fiksacijskom trakom, sukcijskim katereterom 12Fr i lubrikantom.	kom	12								
134	Tubus jednokratni supraglotički s gastričnim kanalom, spojem za O2 i kukama za fiksacijsku traku. Od materijala nalik gelu. Integriran blokator ugriza. Veličine 4. Pakiran u setu s fiksacijskom trakom, sukcijskim katereterom 12Fr i lubrikantom.	kom	18								
135	Tubus jednokratni supraglotički s gastričnim kanalom, spojem za O2 i kukama za fiksacijsku traku. Od materijala nalik gelu. Integriran blokator ugriza. Veličine 5. Pakiran u setu s fiksacijskom trakom, sukcijskim katereterom 12Fr i lubrikantom.	kom	18								
136	Sistem za davanje pripravaka s beziglenim pripojem za razrjeđivanje otopina spojenim na komoru za kapi, ukupne dužine 193 cm.	kom	50								
137	Obostrano ženski bezigleni pripoj namijenjen za prijenos sadržaja iz štrcaljke u štrcaljku.	kom	50								
138	Adapter s odzračnicom za višekratno uzimanje sadržaja iz nosečih otopina, s integriranim beziglenim pripojem i zaštitnom kapicom	kom	50								
139	Univerzalni adapter za aspiraciju lijekova iz bočica različite širine grla s filtrom za zrak 0,2 μ s kuglicom koja onemogućuje natapanje filtracijskog medija. Na ulaznom mjestu mora imati integriran bezigleni pripoj.	kom	50								
140	Set s produžnom linijom i šiljkom, beziglenim pripojem za razrjeđivanje otopina i spojem za IV set s mogućnošću višestruke infuzije.	kom	50								
141	Bezigleni muški luer pripoj kompatibilan sa ženskim luerom i beziglenim pripojima i nastavkom za pripajanje IV setovima sa šiljkom.	kom	50								
142	Dvostruki produžni set manjeg lumena, dužine 13 cm, s integrirana dva beziglena pripoja koji isključuju potrebu za ispiranjem hepariniziranom fiziološkom otopinom.	kom	200								
143	Crijevo priključno za podloge za izmjenu topline.	kom	1								
144	Tubus jednokratni supraglotički. Glava tubusa mora biti izrađena od materijala sličnog gelu koji oblikom anatomske odgovara perilaringealnom prostoru i ne sadržava zračni balon. Gornji rub glave mora sadržavati epiglotički blokator. Tubus mora sadržavati gastrični kanal koji je zajedno sa cijevi za disanje uklapljen u posebno oblikovan stabilizator koji osigurava ispravan položaj postavljenog tubusa. Cijev za disanje mora sadržavati dodatnu zaštitu od ugriza. Gornji otvor cijevi za disanje mora sadržavati standardni 15 mm pripoj. Podaci o težini pacijenta, veličini tubusa i indikator dubine insercije moraju biti utisnuti na stabilizator izravno ispod pripoja i vidljivi kad je tubus u pacijentu. Originalno pakiran supraglotički tubus mora biti u tvrdoj zaštiti koja osigurava zadržavanje anatomskog oblika i štiti tubus tijekom transporta. Veličina tubusa mora biti razlikovno označena bojom zaštite, veličina 1	kom	11								

Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za uporabu u anesteziji i intenzivnoj medicini

REDNI BROJ	NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE	JEDINICA MJERE	OKVIRNA GODIŠNJA POTREBA	KOMERCIJALNI NAZIV PROIZVODA	KATALOŠKI BROJ PROIZVODA	PROIZVOĐAČ-ZEMLJA PORJEKLA	ORIGINALNO PAKIRANJE	JEDINIČNA CIJENA bez PDV-a	STOPA PDV-a (%)	CIJENA ZA ORIGINALNO PAKIRANJE bez PDV-a	UKUPNA CIJENA bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 10 - Potrošni materijal za respiratornu njegu											
145	Tubus jednokratni supraglotički. Glava tubusa mora biti izrađena od materijala sličnog gelu koji oblikom anatomskega odgovara perilaringealnom prostoru i ne sadržava zračni balon. Gornji rub glave mora sadržavati epiglotički blokator. Tubus mora sadržavati gastrični kanal koji je zajedno sa cjevima za disanje uklapljen u posebno oblikovan stabilizator koji osigurava ispravan položaj postavljenog tubusa. Cjev za disanje mora sadržavati dodatnu zaštitu od ugniza. Gornji otvor cjevi za disanje mora sadržavati standardni 15 mm pripoj. Podaci o težini pacijenata, veličini tubusa i indikator dubine insercije moraju biti utisnuti na stabilizator izravno ispod pripoja i vidljivi kad je tubus u pacijentu. Originalno pakiran supraglotički tubus mora biti u tvrdoj zaštiti koja osigurava zadržavanje anatomskega oblika i štiti tubus tijekom transporta. Veličina tubusa mora biti razlikovno označena bojom zaštite, veličina 1.5	kom	62								
146	Tubus jednokratni supraglotički. Glava tubusa mora biti izrađena od materijala sličnog gelu koji oblikom anatomskega odgovara perilaringealnom prostoru i ne sadržava zračni balon. Gornji rub glave mora sadržavati epiglotički blokator. Tubus mora sadržavati gastrični kanal koji je zajedno sa cjevima za disanje uklapljen u posebno oblikovan stabilizator koji osigurava ispravan položaj postavljenog tubusa. Cjev za disanje mora sadržavati dodatnu zaštitu od ugniza. Gornji otvor cjevi za disanje mora sadržavati standardni 15 mm pripoj. Podaci o težini pacijenata, veličini tubusa i indikator dubine insercije moraju biti utisnuti na stabilizator izravno ispod pripoja i vidljivi kad je tubus u pacijentu. Originalno pakiran supraglotički tubus mora biti u tvrdoj zaštiti koja osigurava zadržavanje anatomskega oblika i štiti tubus tijekom transporta. Veličina tubusa mora biti razlikovno označena bojom zaštite, veličina 2	kom	207								
147	Tubus jednokratni supraglotički. Glava tubusa mora biti izrađena od materijala sličnog gelu koji oblikom anatomskega odgovara perilaringealnom prostoru i ne sadržava zračni balon. Gornji rub glave mora sadržavati epiglotički blokator. Tubus mora sadržavati gastrični kanal koji je zajedno sa cjevima za disanje uklapljen u posebno oblikovan stabilizator koji osigurava ispravan položaj postavljenog tubusa. Cjev za disanje mora sadržavati dodatnu zaštitu od ugniza. Gornji otvor cjevi za disanje mora sadržavati standardni 15 mm pripoj. Podaci o težini pacijenata, veličini tubusa i indikator dubine insercije moraju biti utisnuti na stabilizator izravno ispod pripoja i vidljivi kad je tubus u pacijentu. Originalno pakiran supraglotički tubus mora biti u tvrdoj zaštiti koja osigurava zadržavanje anatomskega oblika i štiti tubus tijekom transporta. Veličina tubusa mora biti razlikovno označena bojom zaštite, veličina 2.5	kom	311								
148	Tubus jednokratni supraglotički. Glava tubusa mora biti izrađena od materijala sličnog gelu koji oblikom anatomskega odgovara perilaringealnom prostoru i ne sadržava zračni balon. Gornji rub glave mora sadržavati epiglotički blokator. Tubus mora sadržavati gastrični kanal koji je zajedno sa cjevima za disanje uklapljen u posebno oblikovan stabilizator koji osigurava ispravan položaj postavljenog tubusa. Cjev za disanje mora sadržavati dodatnu zaštitu od ugniza. Gornji otvor cjevi za disanje mora sadržavati standardni 15 mm pripoj. Podaci o težini pacijenata, veličini tubusa i indikator dubine insercije moraju biti utisnuti na stabilizator izravno ispod pripoja i vidljivi kad je tubus u pacijentu. Originalno pakiran supraglotički tubus mora biti u tvrdoj zaštiti koja osigurava zadržavanje anatomskega oblika i štiti tubus tijekom transporta. Veličina tubusa mora biti razlikovno označena bojom zaštite, veličina 3	kom	1445								
149	Tubus jednokratni supraglotički. Glava tubusa mora biti izrađena od materijala sličnog gelu koji oblikom anatomskega odgovara perilaringealnom prostoru i ne sadržava zračni balon. Gornji rub glave mora sadržavati epiglotički blokator. Tubus mora sadržavati gastrični kanal koji je zajedno sa cjevima za disanje uklapljen u posebno oblikovan stabilizator koji osigurava ispravan položaj postavljenog tubusa. Cjev za disanje mora sadržavati dodatnu zaštitu od ugniza. Gornji otvor cjevi za disanje mora sadržavati standardni 15 mm pripoj. Podaci o težini pacijenata, veličini tubusa i indikator dubine insercije moraju biti utisnuti na stabilizator izravno ispod pripoja i vidljivi kad je tubus u pacijentu. Originalno pakiran supraglotički tubus mora biti u tvrdoj zaštiti koja osigurava zadržavanje anatomskega oblika i štiti tubus tijekom transporta. Veličina tubusa mora biti razlikovno označena bojom zaštite, veličina 4	kom	1001								
150	Tubus jednokratni supraglotički. Glava tubusa mora biti izrađena od materijala sličnog gelu koji oblikom anatomskega odgovara perilaringealnom prostoru i ne sadržava zračni balon. Gornji rub glave mora sadržavati epiglotički blokator. Tubus mora sadržavati gastrični kanal koji je zajedno sa cjevima za disanje uklapljen u posebno oblikovan stabilizator koji osigurava ispravan položaj postavljenog tubusa. Cjev za disanje mora sadržavati dodatnu zaštitu od ugniza. Gornji otvor cjevi za disanje mora sadržavati standardni 15 mm pripoj. Podaci o težini pacijenata, veličini tubusa i indikator dubine insercije moraju biti utisnuti na stabilizator izravno ispod pripoja i vidljivi kad je tubus u pacijentu. Originalno pakiran supraglotički tubus mora biti u tvrdoj zaštiti koja osigurava zadržavanje anatomskega oblika i štiti tubus tijekom transporta. Veličina tubusa mora biti razlikovno označena bojom zaštite, veličina 5	kom	20								
151	Maska s balonom za visoku koncentraciju kisika i vizualnim indikatorom disanja (kuglica u tuniku) pedijatrijska.	kom	240								
152	Laringoskop jednokratni optički, za otežanu intubaciju. Mora imati optički kanal s integriranim vizualizacijskim sistemom visoke rezolucije i "hladnim" svjetlom, te uvodni kanal za tubuse veličina 1, tubus veličine 7.0 - 8.5. Mora imati integriran uređaj za prevenciju zamagljivanja	kom	12								
153	Laringoskop jednokratni optički, za otežanu intubaciju. Mora imati optički kanal s integriranim vizualizacijskim sistemom visoke rezolucije i "hladnim" svjetlom, te uvodni kanal za tubuse veličina 2, tubus veličine 6.0 - 7.5. Mora imati integriran uređaj za prevenciju zamagljivanja	kom	18								
154	Laringoskop jednokratni optički, za otežanu intubaciju. Mora imati optički kanal s integriranim vizualizacijskim sistemom visoke rezolucije i "hladnim" svjetlom, te uvodni kanal za tubuse veličina 3, tubus veličine 4.5 - 6.0. Mora imati integriran uređaj za prevenciju zamagljivanja	kom	2								
155	Laringoskop jednokratni optički, za otežanu intubaciju. Mora imati optički kanal s integriranim vizualizacijskim sistemom visoke rezolucije i "hladnim" svjetlom, te uvodni kanal za tubuse veličina 4, tubus veličine 2.5 - 4.5. Mora imati integriran uređaj za prevenciju zamagljivanja	kom	2								
156	Raspršivač za aerosolnu terapiju (veličina čestica 0.5 - 2, MMD 2,7 µm), bez PVC, automatski ventil u T-nastavku. Spojevi: 22 mm.	kom	30								
157	Pedijatrijski produžni set 35 cm sa 7 MicroClave pripojima i filterom 0.2µ.	kom	10								
158	Zamjenski produžni set s 4 MicroClave za pedijatrijski set H2780.	kom	10								
159	Set za odrižavanje higijene usne šupljine. Set mora sadržavati savitljivu cjevčicu za aspiraciju sadržaja, četkicu za higijenu usne šupljine i gel za čišćenje usne šupljine. Cjevčica za aspiraciju sadržaja se može spojiti na standardnu sukciju opremu.	kom	150								
160	Aspiracijska četkica za oralnu higijenu sa spojem za crijevo za sukciju. Vlakna i drška četkice izlivena iz jednog kalupa i neodvojiva.	kom	25								
161	Aspiracijski štapić za oralnu higijenu sa silikonskom glavom neodvojivom od drške, izliveno iz jednog kalupa.	kom	15								
162	Intubacijski stilet dostupan u veličini 14FR/ 340mm x 4.7mm	kom	30								
163	Intubacijski stilet dostupan u veličini 10FR/ 340mm x 3.3mm	kom	40								

ednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za uporabu u anesteziji i intenzivnoj medicini

Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za uporabu u anesteziji i intenzivnoj medicini

REDNI BROJ	NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE	JEDINICA MJERE	OKVIRNA GODIŠNJA POTREBA	KOMERCIJALNI NAZIV PROIZVODA	KATALOŠKI BROJ PROIZVODA	PROIZVOĐAČ-ZEMLJA PORJEKLA	ORIGINALNO PAKIRANJE	JEDINIČNA CIJENA bez PDV-a	STOPA PDV-a (%)	CIJENA ZA ORIGINALNO PAKIRANJE bez PDV-a	UKUPNA CIJENA bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 10 - Potrošni materijal za respiratornu njegu											
194	Sukcija endotrahealna zatvorena sa izolacijskim pacijent ventilom koji omogućava izolaciju sukcijskog katetera sa atraumatskim kateterom sa četiri lateralna otvora, sa posebnim otvorom čišćenje katetera, mogućnost upotrebe do 72 h, različite boje za različite veličine po ISO standardu, veličine ch 12	kom	20								
195	Sukcija endotrahealna zatvorena sa izolacijskim pacijent ventilom koji omogućava izolaciju sukcijskog katetera sa atraumatskim kateterom sa četiri lateralna otvora, sa posebnim otvorom čišćenje katetera, mogućnost upotrebe do 72 h, različite boje za različite veličine po ISO standardu, veličine ch 14	kom	20								
196	Sukcija endotrahealna zatvorena sa izolacijskim pacijent ventilom koji omogućava izolaciju sukcijskog katetera sa atraumatskim kateterom sa četiri lateralna otvora, sa posebnim otvorom čišćenje katetera, mogućnost upotrebe do 72 h, različite boje za različite veličine po ISO standardu, veličine ch 16	kom	20								
197	Sukcija trahealna zatvorena sa izolacijskim pacijent ventilom koji omogućava izolaciju sukcijskog katetera sa atraumatskim kateterom sa četiri lateralna otvora, sa posebnim otvorom čišćenje katetera, mogućnost upotrebe do 72 h, različite boje za različite veličine po ISO standardu, veličine ch 12	kom	20								
198	Sukcija trahealna zatvorena sa izolacijskim pacijent ventilom koji omogućava izolaciju sukcijskog katetera sa atraumatskim kateterom sa četiri lateralna otvora, sa posebnim otvorom čišćenje katetera, mogućnost upotrebe do 72 h, različite boje za različite veličine po ISO standardu, veličine ch 14	kom	20								
199	Sukcija trahealna zatvorena sa izolacijskim pacijent ventilom koji omogućava izolaciju sukcijskog katetera sa atraumatskim kateterom sa četiri lateralna otvora, sa posebnim otvorom čišćenje katetera, mogućnost upotrebe do 72 h, različite boje za različite veličine po ISO standardu, veličine ch 16	kom	20								
200	Ampula NaCl 0.9% za zatvorenu sukciju, 15ml	kom	50								
201	NIV maska s otvori, antiasfikcijskim ventilom, antidekubitalnim obrubom i fiksacijskim remenjem koji omogućuju otpuštanje u jednom potezu. Bojim kodirani kutni spojevi za olakšavanje odabira ispravne maske za bilevel/CPAP putem sistema za disanje s jednim krakom ili NIV ventilaciju sa kružnim sistemom. Pogodno za korištenje sa jednostrukim sistemima bez CO2 otvora, veličine S	kom	5								
202	NIV maska s otvori, antiasfikcijskim ventilom, antidekubitalnim obrubom i fiksacijskim remenjem koji omogućuju otpuštanje u jednom potezu. Bojim kodirani kutni spojevi za olakšavanje odabira ispravne maske za bilevel/CPAP putem sistema za disanje s jednim krakom ili NIV ventilaciju sa kružnim sistemom. Pogodno za korištenje sa jednostrukim sistemima bez CO2 otvora, veličine M	kom	5								
203	NIV maska s otvori, antiasfikcijskim ventilom, antidekubitalnim obrubom i fiksacijskim remenjem koji omogućuju otpuštanje u jednom potezu. Bojim kodirani kutni spojevi za olakšavanje odabira ispravne maske za bilevel/CPAP putem sistema za disanje s jednim krakom ili NIV ventilaciju sa kružnim sistemom. Pogodno za korištenje sa jednostrukim sistemima bez CO2 otvora, veličine L	kom	5								
204	NIV maska bez otvora, antiasfikcijskim ventilom, antidekubitalnim obrubom i fiksacijskim remenjem koji omogućuju otpuštanje u jednom potezu. Bojim kodirani kutni spojevi za olakšavanje odabira ispravne maske za bilevel/CPAP putem sistema za disanje s jednim krakom ili NIV ventilaciju sa kružnim sistemom. Pogodno za korištenje sa jednostrukim sistemima sa CO2 otvorenim, veličine S	kom	5								
205	NIV maska bez otvora, antiasfikcijskim ventilom, antidekubitalnim obrubom i fiksacijskim remenjem koji omogućuju otpuštanje u jednom potezu. Bojim kodirani kutni spojevi za olakšavanje odabira ispravne maske za bilevel/CPAP putem sistema za disanje s jednim krakom ili NIV ventilaciju sa kružnim sistemom. Pogodno za korištenje sa jednostrukim sistemima sa CO2 otvorenim, M	kom	5								
206	NIV maska bez otvora, antiasfikcijskim ventilom, antidekubitalnim obrubom i fiksacijskim remenjem koji omogućuju otpuštanje u jednom potezu. Bojim kodirani kutni spojevi za olakšavanje odabira ispravne maske za bilevel/CPAP putem sistema za disanje s jednim krakom ili NIV ventilaciju sa kružnim sistemom. Pogodno za korištenje sa jednostrukim sistemima sa CO2 otvorenim, veličine L	kom	5								
207	NIV maska bez otvora, antidekubitalnim obrubom i fiksacijskim remenjem koji omogućuju otpuštanje u jednom potezu. Bojim kodirani kutni spojevi za olakšavanje odabira ispravne maske za bilevel/CPAP putem sistema za disanje s jednim krakom ili NIV ventilaciju sa kružnim sistemom. Pogodno za korištenje sa kružnim sistemima, veličine S	kom	5								
208	NIV maska bez otvora, antidekubitalnim obrubom i fiksacijskim remenjem koji omogućuju otpuštanje u jednom potezu. Bojim kodirani kutni spojevi za olakšavanje odabira ispravne maske za bilevel/CPAP putem sistema za disanje s jednim krakom ili NIV ventilaciju sa kružnim sistemom. Pogodno za korištenje sa kružnim sistemima, 3 veličine M	kom	5								
209	NIV maska bez otvora, antidekubitalnim obrubom i fiksacijskim remenjem koji omogućuju otpuštanje u jednom potezu. Bojim kodirani kutni spojevi za olakšavanje odabira ispravne maske za bilevel/CPAP putem sistema za disanje s jednim krakom ili NIV ventilaciju sa kružnim sistemom. Pogodno za korištenje sa kružnim sistemima, veličine L	kom	5								
210	Kutni luer spoj 7.6mm	kom	40								
211	T nastavak 15M-15F-15F	kom	20								
212	Set za održavanje higijene usne šupljine. Aspiracijska četkica za higijenu usne šupljine 0.12% CHG otopina za čišćenje usne šupljine, pasta za zube, aspiracijski štapić za oralnu higijenu sa silikonskom glavom neodvojivom od drške, izliveno iz jednog kalupa i čašica za otopinu. Četkica i štapić za aspiraciju sadržaja se može spojiti na standardnu sukojsku opremu.	kom	300								
213	Oralni sružničasti aplikator za lubrikaciju usnica nakon oralne njage, pakiran po dva komada.	kom	30								
214	Jednodnevni set za oralnu higijenu prema četverosatnom protokolu. Sadrži ukupno 6 pakiranja od čega: dva pakiranja s aspiracijskom četkicom, 0.12% CHG, sružničasti aplikator i čašica; i 4 pakiranja s aspiracijskim štapićem sa silikonskom glavom, 0.12% CHG, sružničasti aplikator i čašica.	kom	30								
215	Jednodnevni set za oralnu higijenu prema osmerosatnom protokolu. Sadrži ukupno 3 pakiranja od čega: 1 pakiranje s aspiracijskom četkicom, 0.12% CHG, sružničasti aplikator i čašica; i 2 pakiranja s aspiracijskim štapićem sa silikonskom glavom, 0.12% CHG, sružničasti aplikator i čašica.	kom	30								
216	Sterilni Latex free aplikator obojani 2mL CHG 2% i IPA 70% za dezinfekciju kože pacijenta kod postavljanja CVK. Biocidna aktivnost testirana prema UNI EN standardima: UNI EN 12054, UNI EN 1500, UNI EN 12791, UNI EN 1275.	kom	400								
217	Sterilni Latex free aplikator obojani 3mL CHG 2% i IPA 70% za dezinfekciju kože pacijenta kod postavljanja CVK. Biocidna aktivnost testirana prema UNI EN standardima: UNI EN 12054, UNI EN 1500, UNI EN 12791, UNI EN 1275.	kom	30								
218	Sterilni Latex free aplikator obojani 6mL CHG 2% i IPA 70% za dezinfekciju kože pacijenta kod postavljanja CVK. Biocidna aktivnost testirana prema UNI EN standardima: UNI EN 12054, UNI EN 1500, UNI EN 12791, UNI EN 1275.	kom	30								

Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za uporabu u anesteziji i intenzivnoj medicini

REDNI BROJ	NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE	JEDINICA MJERE	OKVIRNA GODIŠNJA POTREBA	KOMERCIJALNI NAZIV PROIZVODA	KATALOŠKI BROJ PROIZVODA	PROIZVOĐAČ-ZEMLJA PORIJEKLA	ORIGINALNO PAKIRANJE	JEDINIČNA CIJENA bez PDV-a	STOPA PDV-a (%)	CIJENA ZA ORIGINALNO PAKIRANJE bez PDV-a	UKUPNA CIJENA bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 10 - Potrošni materijal za respiratornu njegu											
219	Dezinfeocijski zatvarač za obostrano uklanjanje mikroorganizama s vrha i s navoja pripaja s podijeljenom pregradom. 70% izopropilni alkohol u potpunosti eliminira bakterije 5min nakon kontakta i djeluje do 7 dana. Sterilno pojedinačno pakiran u kutiji od 250kom.	kom	1000								
220	Maramica za dezinfekciju kože. Dezinfekcijsko sredstvo smjesa 70% Etanola i 0,5% kloroheksidin diglukonata, ne smije nadraživati kožu, ugodnog mirisa. Maramice (250 kom) zatvorene u tvrdom pakovanju koje onemogućava gubitak svojstva dezinfekcijskog sredstva.	kom	500								
221	Adapter za nazo -gastičnu sondu, s dva ulaza, namjenjen aspiraciji sadržaja/laveži, i enteralnoj aplikaciji pripravka.	kom	300								
Ukupno za predmet nabave bez PDV-a (brojkama)											