

JEDNOGODIŠNJA NABAVA OKSIGENATORA ZA POTREBE KARDIJALNE KIRURGIJE

REDNI BROJ	NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE - Jednogodišnja nabava oksigenatora za potrebe kardijalne kirurgije	JEDINICA MJERE	PLANIRANA OKVIRNA GODIŠNJA KOLIČINA	PROIZVOĐAČ -ZEMLJA PORIJEKLA	KOMERCIJALNI NAZIV PROIZVODA	KATALOŠKI BROJ PROIZVODA	ORGINALNO PAKIRANJE	JEDINIČNA CIJENA FCO KBC ZAGREB BEZ PDV-a	CIJENA PAKIRANJA	STOPA PDV-a (%)	UKUPNI IZNOS STAVKE bez PDV-a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 =(4x9)
	GRUPA III										
	Oksigenatori										
1	Set s oksigenatorom koji ima certifikat za kontinuirani rad minimalno 30 dana Oksigenator treba imati: -certifikat za kontinuirani rad minimalno 30dana -maksimalni protok krvi 0.5- 5l/min -površina membrane za izmjenu plinova 1.3m ² -površina izmjenjivača topline 0.3m ² -primarni volumen 240ml -difuzijska membrana -presvlaka s heparinom -integrirani senzori: 3xtlak, 1x venozna saturacija kisikom, hemoglobin, hematocit, venska temperatura	kom	5								

REDNI BROJ	NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE - Jednogodišnja nabava oksigenatora za potrebe kardijalne kirurgije	JEDINICA MJERE	PLANIRANA OKVIRNA GODIŠNJA KOLIČINA	PROIZVOĐAČ -ZEMLJA PORIJEKLA	KOMERCIJALNI NAZIV PROIZVODA	KATALOŠKI BROJ PROIZVODA	ORIGINALNO PAKIRANJE	JEDINIČNA CIJENA FCO KBC ZAGREB BEZ PDV-a	CIJENA PAKIRANJA	STOPA PDV-a (%)	UKUPNI IZNOS STAVKE bez PDV-a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 =(4x9)
2	ECMO SET za odrasle do 6sati- Set sa oksigenatorom koji ima certifikat za kontinuirani rad do 6 sati Oksigenator treba imati: -certifikat za kontinuirani rad 6sati -maximalan protok krvi 0,5- 7l/min -površina membrane za izmjenu plinova 1.8m ² -mogućnost seta sa i bez arterijskog filtera -površina izmjenjivača topline 0,4m ² -integrirana centrifugalna pumpa Odzračna membrana Luer lock Mjerenje tlaka Luer lock -mjerenje 1 x venozna saturacija kisikom, hemoglobin, hematocit, venska temperatura Cjelokupni primarni volumen seta ne veći od 273ml.	kom	3								
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE III -BROJKAMA BEZ PDV-a											