

XI RAZNE MEDICINSKE NAPRAVE I PROIZVODI

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA: GRUPA II - INT Spirometar

Red br.	Tražene specifikacije	Ponuđene specifikacije	Bilješke, označiti rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, katalogu, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike, napomene reference za tehničku dokumentaciju	Ocjena DA / NE
1	2	3	4	5
	<b>GRUPA II</b>			
	<b>INT Spirometar</b>			
	<b>1 kom</b>			
	<b>Naziv proizvođača:</b>			
	<b>Naziv modela:</b>			
	<b>Zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati.</b>			
1	Osnovni mjerni programi za: usporenu spirometriju, forsiranu spirometriju, protok-volumen			
2	Spajanje s opremom za: bronhoprovokaciju, rinomanometriju, Rocc, MIP/MEP, MVV, FOT, kapnovolumetriju			
3	Mjerenja sa ili bez filtera			
4	Automatska BTPS korekcija ( temperature i tlaka zraka ) tijekom mjerenja			
5	Mrežna kompatibilnost za spajanje na BIS putem GDT, HL7, Worklist ili DICOM protokola			
6	Usklađenost s ATS/ERS smjernicama			
7	Ultrazvučni senzor protoka visoke učinkovitosti, neosjetljiv na vlagu			
8	Opseg mjerenja protoka 0-18 L/s, odstupanje <math>\pm 2\%</math>, rezolucija 0.001 l/s			
9	Mjerenje volumena metodom digitalne integracije			
10	Opseg mjerenja volumena bez ograničenja, s značajkom autoskaliranja, točnost 2%, rezolucija 1 mL			
11	Ukupna težina uređaja do 1000 g, težina senzora do 190 g			
12	Spajanje na računalo putem USB priključka			
13	Bez potrebe dnevne kalibracije			
14	Bez potrebe kalibracije prije izvođenja mjerenja			
15	<b>PRIRUČNICI - UPUTE ZA RUKOVANJE</b> na Hrvatskom jeziku			
16	<b>DODATNE USLUGE:</b>			
	Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za instalaciju opreme, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova opreme, izvršiti osnovne funkcionalne testove i osigurati svu dodatnu opremu za punu radnu funkcionalnost (kablove, konektore, periferne uređaje i postaviti uređaj u punu funkciju, konfiguracija, integracija, kalibracija opreme ).			
17	<b>Edukacija / trening:</b> 1 djelatnik u trajanju od 2 sata. Rok izvršenja edukacije / trening ulazi u rok za isporuku uređaja od 30 dana. Edukacija /trening će se provesti u prostoru Naručitelja na lokaciji Kišpatičeva 12.			
18	<b>JAMSTVO :</b> 2 godine jamstva od dana prihvata opreme uz rok za odziv od 24 sata od poziva te rok za popravak od 72 sata od prijave kvara. U jamstveni rok ulazi preventivno i korektivno održavanje opreme i rezervni dijelovi.			
19	<b>Rok isporuke:</b> maksimalno 30 dana			

**Napomena 1:** Stupac 3 ponuditelj mora popuniti tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“ ili „odgovara traženom“. Ponuditelj mora popuniti u stupcu ponuđene specifikacije i podatke vezane uz jamstveni rok i rok isporuke.

**Napomena 2:** Stupac 4 « Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju » ponuditelj mora popuniti.

**Napomena 3:** Stupac 5 « Ocjena DA/NE » ponuditelj NE POPUNJAVA, s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene Naručitelja.

Naručitelj u tehničkoj specifikaciji koristi strane izraze, koji su kao tuđice prihvaćene tehničkom izražaju informatičke i medicinske struke. Prijevod tuđica iz tehničke specifikacije doveo bi do nerazumljivosti opisa predmeta nabave.