

Klinički bolnički centar Zagreb  
 Klinika za bolesti srca i krvnih žila  
 Adresa dostave opreme za Grupu VIII: Kišpatićeva 12, Zagreb

PRILOG 3 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

I- UREĐAJI ZA PRAĆENJE FUNKCIJE SRCA I DISANJA

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA: GRUPA VIII - SKŽ Holter krvnog tlaka (24-satni)

Red br.	Tražene specifikacije	Ponuđene specifikacije	Bilješke, označiti rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, katalogu, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike, napomene reference za tehničku dokumentaciju	Ocjena DA / NE
1	2	3	4	5
	<b>GRUPA VIII</b>			
	<b>SKŽ Holter krvnog tlaka (24-satni)</b>			
	<b>15 kom</b>			
	<b>Naziv proizvođača:</b>			
	<b>Naziv modela:</b>			
	<b>Zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati.</b>			
<b>1</b>	<b>KARAKTERISTIKE REKORDERA</b>			
1.1	Oscilometrijska metoda mjerenja			
1.2	Sustav mora odgovarati European Hypertension Society protokolu (priložiti certifikat ili drugi dokaz sukladnosti)			
1.3	Sustav mora odgovarati protokolu AAMI SP10,			
1.4	Sustav mora odgovarati barem BHS A / B			
1.5	Raspon mjerenja tlaka 30 – 260 mm Hg			
1.6	Raspon mjerenja srčane frekvencije 40 – 200 otk./min.			
1.7	Pohranjivanje minimalno 250 mjerenja			
1.8	Podjela 24-satnog mjerenja na 3 neovisna vremenska intervala			
1.9	Iniciranje mjerenja tlaka od strane pacijenta			
1.10	Programsko blokiranje tipke za ručno iniciranje mjerenja tlaka			
1.11	Prikaz izmjerene vrijednosti na ekranu rekordera			
1.12	Programsko blokiranje prikaza izmjerene vrijednosti na ekranu rekordera			
1.13	Težina maksimalno 285 g			

Red br.	Tražene specifikacije	Ponuđene specifikacije	Bilješke, označiti rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, katalogu, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike, napomene reference za tehničku dokumentaciju	Ocjena DA / NE
1	2	3	4	5
1.14	Uz rekorder se isporučuju tri orukvice različitih veličina: za djecu , za odrasle i za pretile, perive			
<b>2</b>	<b>KARAKTERISTIKE PROGRAMSKOG PAKETA ZA ANALIZU:</b>			
2.1	Numerički i grafički prikaz vrijednosti sistoličkog, dijastoličkog i srednjeg tlaka, te srčane frekvencije			
2.2	Statistička analiza izmjerenih vrijednosti; prikaz srednje, maksimalne i minimalne vrijednosti svakog parametra sa vremenom mjerenja			
2.3	Odvojen prikaz i analiza mjerenja zabilježenih tijekom noći i tijekom dana			
2.4	Automatska interpretacija izmjerenih vrijednosti u sklopu sažetka u ispisu			
2.5	Automatsko prepoznavanje „White Collar Hypertension“ (priložiti opis)			
2.6	Ispis kompaktnog izvještaja koji sadrži sve najbitnije podatke na jednoj stranici			
2.7	Ispis različitih izvještaja			
<b>3</b>	<b>RAČUNALO NA KOJE SE INSTALIRA PROGRAMSKI PAKET</b>			
3.1	Potrebno je da programski paket bude instaliran na računalu najnovije generacije slijedećih karakteristika; TFT LCD ekran u boji min. dijagonale 22 inča, Windows 7 ili 10 operativni sistem, uključena sva potrebna periferna oprema (miš, tipkovnica, crno-bijeli laserski pisač)			
4	<b>PRIRUČNICI - UPUTE ZA RUKOVANJE</b> na Hrvatskom jeziku			
5	<b>DODATNE USLUGE:</b>			
	Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za instalaciju opreme, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova opreme, izvršiti osnovne funkcionalne testove i osigurati svu dodatnu opremu za punu radnu funkcionalnost (kablove, konektore, periferne uređaje i postaviti uređaj u punu funkciju, konfiguracija, integracija, kalibracija opreme ).			
6	<b>Edukacija / trening : 3</b> djelatnika u trajanju od 3 sata. Rok izvršenja edukacije u roku za isporuku uređaja od 30 dana. Edukacija će se provesti u prostoru Naručitelja na lokaciji Kišpatićeva 12.			

Red br.	Tražene specifikacije	Ponuđene specifikacije	Bilješke, označiti rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, katalogu, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike, napomene reference za tehničku dokumentaciju	Ocjena DA / NE
1	2	3	4	5
7	<b>JAMSTVO</b> : 3 godine jamstva od dana prihvata opreme uz rok za odaziv od 24 sata od poziva te rok za popravak od 72 sata od prijave kvara. U jamstveni rok ulazi preventivno i korektivno održavanje opreme i rezervni dijelovi.			
8	<b>Rok isporuke</b> : maksimalno 30 dana			

**Napomena 1:** Stupac 3 ponuditelj mora popuniti tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“ ili „odgovara traženom“). Ponuditelj mora popuniti u stupcu ponuđene specifikacije i podatke vezane uz jamstveni rok i rok isporuke.

**Napomena 2:** Stupac 4 « Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju » ponuditelj mora popuniti.

**Napomena 3:** Stupac 5 « Ocjena DA/NE » ponuditelj NE POPUNJAVA, s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene Naručitelja.

Naručitelj u tehničkoj specifikaciji koristi strane izraze, koji su kao tuđice prihvaćene tehničkom izračaju informatičke i medicinske struke. Prijevod tuđica iz tehničke specifikacije doveo bi do nerazumljivosti opisa predmeta nabave.