

**KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Zagreb, Kišpatičeva 12**

Zagreb, 24. svibnja 2017.

Na temelju članka 198 stavak 4 Zakona o javnoj nabavi (NN120/16) Klinički bolnički centar Zagreb objavljuje

**IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I
PRIJEDLOZIMA**

Predmet nabave: **X-MEDICINSKI I NEMEDICINSKI NAMJEŠTAJ**

Evidencijski broj nabave: **5.1.A5/4.10**

Temeljem članka 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016), a s ciljem prethodnog savjetovanja u postupcima nabave radova, te nabave roba i usluga velike vrijednosti, Klinički bolnički centar Zagreb je na svojoj internet stranici dana 12. svibnja 2017. godine objavio prijedlog dokumentacije o nabavi sa opisom predmeta nabave, tehničkim specifikacijama, kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterijima za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora, za predmetnu nabavu, u trajanju od pet radnih dana od dana objave.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Klinički bolnički centar Zagreb zaprimio je pitanja na koje dajemo odgovore kako slijedi:

1.PITANJE

Poštovani,

S obzirom na objavu s vaše stranice, vezanu uz postupak nabave „nabava medicinskog i nemedicinskog namještaja“, ovim putem molim informaciju do kad je rok u kojem je potrebno dostaviti eventualne primjedbe i prijedloge vezane uz sami natječaj.

ODGOVOR:

Temeljem članka 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), a s ciljem prethodnog savjetovanja, Klinički bolnički centar Zagreb objavljuje prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od pet radnih dana od dana objave.

2.PITANJE

1. POSTELJE BOLESNIČKE S MADRACIMA, GRUPA PREDMETA NABAVE 5, 6 i 7, STAVKE:

1.1. U Stavci „POSTELJE BOLESNIČKE S MADRACIMA“ u grupama 5, 6 i 7, pod rednim brojem 10., navedeno je:

Opis: „Krevet ima 4 elektromotora sa zaštitom od vlage IP54 ili IP66 ili IPX 4 koji su kao i ostala oprema usklađeni s standardom EN 60601-2-52“.

Prijedlog izmjene: „Krevet ima 4 elektromotora sa zaštitom od vlage IP54 ili IP66 ili IPX 4 koji su kao i ostala oprema usklađeni s standardom EN 60601-2-52 ili IEC 60601-2-52“

ODGOVOR:

Naručitelj prihvata prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom navedene stavke te ona sada glasi: „Krevet ima 4 elektromotora sa zaštitom od vlage IP54 ili IP66 ili IPX 4 koji su kao i ostala oprema usklađeni s standardom EN 60601-2-52 ili IEC 60601-2-52“.

3.PITANJE

U Stavci „ POSTELJE BOLESNIČKE S MADRACIMA“, u grupama 5, 6 i 7, pod rednim brojem 18., navedeno je:

Opis: „Metalne ograde jednostrukе, uzdužno sklapajuće sa mehanizmom na vrhu ograde, spuštanje jednom rukom“

Prijedlog izmjene: „Metalne ograde jednostrukе, uzdužno sklapajuće“

ODGOVOR:

Naručitelj ne prihvata prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom zbog toga što predloženi način spuštanja ograda je lošije tehničko i tehnološko rješenje od traženoga jer osoblje kod spuštanja ograda koristiti obje ruke što često nije moguće. Isto tako se izbjegava dodatno saginjanje do mehanizma za spuštanje koji se nalazi ispod ograda. Naručitelj ostaje kod traženog opisa jer mehanizam na vrhu ograda omogućava spuštanje jednom rukom, a i sama komanda koja se nalazi kod nožnog dijela ograda, nedostupna pacijentu je na ergonomskoj visini koja ne zahtjeva dodatni fizički napor za osoblje. Naručitelj je odredio predmet nabave sukladno svojim stvarnim potrebama, a za isti je proveo tehničke konzultacije, odnosno analizu tržišta, te je predmet nabave opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način

4.PITANJE

U Stavci „POSTELJNI ULOŽAK ZA POSTELJU ZA STANDARDNU NJEGU PACIJENTA“, u grupama 5, 6 i 7, pod rednim brojem 3, navedeno je:

Opis: „Jezgra madraca izrađena od hladne poliuretanske pjene koja je narezana u blok strukturi radi boljeg raspoređivanja težine tijela pacijenta“

Prijedlog izmjene: „Jezgra madraca izrađena od hladne poliuretanske pjene koja je narezana u blok strukturi ili jednakovrijedno, radi boljeg raspoređivanja težine tijela pacijenta“

ODGOVOR:

Naručitelj ne prihvata prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom zbog toga što nije jasno koje se to jednakovrijedno rješenje nudi. Tijekom godina korištenja madraca sa jezgrom narezanim u blok strukturi Naručitelj se uvjerio da takav oblik jezgre podupire tijelo pacijenta u puno točaka, jezgra je prozračnija i bolje se prilagođava pregibima ležne plohe kreveta. Sve te karakteristike navedenog tipa madraca smanjuju rizik nastajanja dekubitusa kod pacijenata. Naručitelj je odredio predmet nabave sukladno svojim stvarnim potrebama, a za isti je proveo tehničke konzultacije, odnosno analizu tržišta, te je predmet nabave opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način.

5.PITANJE

U Stavci „POSTELJNI ULOŽAK ZA POSTELJU ZA STANDARDNU NJEGU PACIJENTA“, u grupama 5, 6 i 7, pod rednim brojem 9, navedeno je:

Opis: „Nosivost madraca minimalno 210 kg“

Prijedlog izmjene: „Nosivost madraca minimalno 130 kg“

ODGOVOR:

Naručitelj ne prihvaca prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom zbog toga što predložena nosivost madraca od minimalno 130 kg je u direktnoj suprotnosti sa zahtjevom da je nosivost kreveta na koji se postavlja navedeni madrac minimalno 210 kg. Dakle prema nosivosti kreveta traži se i adekvatna nosivost madraca imajući u vidu da ima sve više pretilih pacijenata. Veća nosivost madraca isto tako produljuje vijek trajanja madraca i smanjuje ulegnuća. Naručitelj je odredio predmet nabave sukladno svojim stvarnim potrebama, a za isti je proveo tehničke konzultacije, odnosno analizu tržišta, te je predmet nabave opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način.

S poštovanjem,

Za Službu nabave

Josip Jerleković, struč. spec. ing. log.