KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR
ZAGREB, Kišpatićeva 12

Niskotemperaturni sterilizatori

REDNI BROJ	NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	NAVESTI DOKUMENT (KATALOG, IZVOD IZ KATALOGA, PROSPEKT PROIZVOĐAČA, IZJAVA PROIZVOĐAČA ILI TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PROIZVOĐAČA) I BROJ STRANICE GDJE JE REDNIM BROJEM TOČNO OZNAČENA STAVKA KOJA JASNO I NEDVOJBENO POTVRĐUJE ISPUNJAVANJE TRAŽENE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	PROIZVOĐAČ - ZEMLJA PORIJEKLA	NAZIV, MODEL ILI TIP I ŠIFRA I KATALOŠKI BROJ	JEDINIČNA CIJENA FCO KBC ZAGREB BEZ PDV-a	STOPA PDV-a	UKUPNI IZNOS STAVKE bez PDV-a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(4x8)
1	**Niskotemperaturni sterilizatori**	kpl	3						
1.1	Uređaj za niskotemperaturnu sterilizaciju vodikovim peroksidom pakiranim u zatvorenom sustavu (kazeta, čašica, bočica, uložak) s indikatorom za istjecanje vodikovog peroksida ili specijalnim sustavom koji onemogućuje istjecanje vodikovog peroksida								
1.2	Komora za sterilizaciju minimalne veličine prihvata Da Vinci endoskopa (640 x 390 x 80 mm), te minimalnog ukupnog volumena 100L								
1.3	Izjave o kompatibilnosti sustava i ciklusa sterilizacije s Da Vinci robotskim sustavom.								
1.4	Funkcionalnost skladištenja sterilanta na sobnoj temperaturi								
1.5	Temperatura sterilizacije max. 56° C								
1.6	Sterilizator ima ugrađeni termalni printer s mogućnošću ispisa potvrde uspješnosti ciklusa								
1.7	Funkcionalnost priključivanja bar code čitača ili integrirani bar code čitač								
1.8	Funkcionalnost očitanja rezultata biološke kontrole unutar najviše 30 min								
1.9	Automatska detekcija pogrešno pripremljenih instrumenata i njihovo kondicioniranje u svrhu izbjegavanja prekida ciklusa i nepotrebnog trošenja sterilanta								
1.10	Internetska aplikacija za provjeru kompatibilnosti instrumenata (ili konsolidirana baza podataka u drugom obliku) s određenim tipom sterilizatora i ciklusa i potvrda o provedenom postupku testiranja i validacije ili dokaz o kompatibilnosti instrumenata s tipom sterilizatora i ciklusa, potvrđen od strane proizvođača sterilizatora i/ili proizvođača instrumenata (uputa za uporabu, izjava o sukladnosti, baza podataka ili certifikat o testiranju)								
1.11	Monitor s ekranom na dodir ("touch screen" (eng.) sučeljem								
1.12	Uređaj u izvedbi s dvoja vrata (prolazna konfiguracija)								
1.13	Promjer lumena šupljih instrumenata koje je moguće sterilizirati u uređaju min. 1 mm (najmanja širina lumena)								
							UKUPNO bez PDV-a: (brojkama)		