

EU - Europski fond za regionalni razvoj
 „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“
 KK.08.1.2.03.0012

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinika za stomatologiju

Gunduličeva 5

IV OPERACIJSKE LAMPE I STOLOVI

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU PREDMETA NABAVE – Lupe kirurške sa integriranim svjetlom

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
	GRUPA PREDMETA NABAVE VIII -								
	Lupa	kom	2						
	Lupe kirurške sa integriranim svjetlom								
	OBAVEZNE MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE								
1	Operacijske lupe s integriranim izvorom svjetla								
2	Naglavni nosač s instaliranim lupama i LED svjetlom, podesiv po širini i dubini								
3	Postavljanje dioptrijskih leća za operatera u posebne naočalne okvire na naglavnom nosaču								
4	Binokularne lupe:								
5	Akromatska optika za jasnu, oštru sliku								
6	Povećanje minimum 2.5-3.5x, radna udaljenost 300-500 mm								
7	Vidno polje barem 90 mm, dubina vidnog polja barem 110 mm								
8	Vodootporne lupe (olakšano čišćenje)								
9	Neovisno pomicanje lijeve i desne lupe za precizno podešavanje interpupilarnog razmaka								
10	LED izvor svjetla:								
11	LED dioda, trajanje od minimalno 50.000 sati, temperatura boje minimalno 4.500 K								
12	Vjeran prikaz boje tkiva: CRI indeks veći od 90								
13	Jačina barem 45.000 Lux-a na udaljenosti 300 mm, podesivo u tri koraka 0-100%								
14	Promjer točke osvjetljenja podesiv: Ø 30-80 mm na 420 mm udaljenosti								
15	Baterija Li-Ion, rad min. 3.5 sati uz maksimalni intezitet								
16	U isporučenom kompletu barem dvije Li-Ion baterije								
17	Punjenje baterije na punjaču								
18	Stavljanje polarizacijskih filtera na LED svjetlo								
19	Jamstvo na bateriju 1 godinu								
	UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE VIII (brojkama)								