

EU - Europski fond za regionalni razvoj
 „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“
 KK.08.1.2.03.0012

Klinički bolnički centar Zagreb
 Klinika za ortopediju
 Kišpatićeva 12.

I- UREĐAJI ZA PRAĆENJE FUNKCIJE SRCA I DISANJA

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU PREDMETA NABAVE - Aspirator (sukcije za operativni zahvat)

| Red br. | Naziv i opis predmeta nabave | Jed. mj. | Količina | Potvrda tehničkog opisa | Proizvođač - zemlja porijekla | Naziv-model ili tip i šifra i kataloški broj | Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV | Stopa PDV-a | Ukupni iznos stavke |
|---------|---|----------|----------|-------------------------|-------------------------------|--|---|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10= (4x8) |
| | GRUPA PREDMETA NABAVE -XXIII | | | | | | | | |
| | Aspirator (sukcije za operativni zahvat) | kom | 1 | | | | | | |
| | OBAVEZNE MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | | | | | | | | |
| 1 | Regulacija sukcije minimalno 0-85kPa | | | | | | | | |
| 2 | Protok minimalno 40 l/min | | | | | | | | |
| 3 | Razina buke maksimalno 60 dB | | | | | | | | |
| 4 | Manometar za prikaz vakuuma sa skalom u kPa, mmHg i Bar-ima | | | | | | | | |
| 5 | Sigurnosna posuda ili filter (hidrofobni) | | | | | | | | |
| 6 | 2x minimalno 2l posuda za sukciju izrađena od polisulfona s mogućnošću sterilizacije na 134°C | | | | | | | | |
| 7 | Nožni prekidač za kontrolu sukcije | | | | | | | | |
| 8 | Mobilno podvozje s integriranom euro šinom | | | | | | | | |
| | UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE XXIII (brojkama) | | | | | | | | |