

EU - Europski fond za regionalni razvoj
 „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“
 KK.08.1.2.03.0012

Klinički bolnički centar Zagreb
 Klinika za pedijatriju
 Kišpatićeva 12

XI RAZNE MEDICINSKE NAPRAVE I PROIZVODI
 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU PREDMETA NABAVE - "Baby blanket" za fototerapiju

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataloški broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
	GRUPA PREDMETA NABAVE XV								
	"Baby blanket" za fototerapiju	kom	1						
	OBAVEZNE MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE								
1.	fototerapijski sustav za tretiranje hiperbilirubinemije u novorođenčadi i djece bez emisije zraka UV i IR spektra.								
2.	isporuka hladne terapijske svjetlosti preko optičkih vlakana raspoređenih u jastučiću								
3.	valna duljina isporučenog svjetla, unutar intervala 430 do 490 nm								
4.	intenzitet isporučene terapijske svjetlosti od minimalno 30 do maksimalno 70 $\mu\text{w}/\text{cm}^2/\text{nm}$								
5.	vijek rada led diode pri kontinuiranom radu najmanje 8.000 sati								
6.	razina buke do 44 dBa								
7.	zaštita od pregrijavanja uređaja								
8.	kompatibilnost s rentgenskim zrakama								
9.	pokazivač (brojač) proteklog vremena rada uređaja								
10.	težina sveukupnog sustava ne veća od 4 kg								
11.	dimenzija jastučića (djelatne površine) minimalno 15 x 30 cm								
	UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE XV (brojkama)								