

EU - Europski fond za regionalni razvoj  
 „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“  
 KK.08.1.2.03.0012

Klinički bolnički centar Zagreb  
 Klinika za unutarnje bolesti  
 Kišpatićeva 12.

I- UREĐAJI ZA PRAĆENJE FUNKCIJE SRCA I DISANJA

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU PREDMETA NABAVE - DEFIBRILATOR

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
	<b>GRUPA PREDMETA NABAVE - XI</b>								
	<b>Defibrilator</b>	kom	1						
	OBAVEZNE MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE								
1	Ručni i poluautomatski bifazični defibrilator maksimalne energije 200-360J, maksimalne težine s baterijom 7 kg								
2	Eskaliranje energije u AED načinu rada sukladno smjernicama ERC-a								
3	Rad u sinhronom i asihronom modu								
4	Rad putem defibrilacijskih ručki i samoljepljivih elektroda								
5	Pedijatrijske ručkice integrirane u defibrilacijske ručke za odrasle								
6	3-kanalni EKG, minimalno 3-žilnim EKG kabelom								
7	Termički printer minimalne širine 50 mm								
8	Napajanja sa 200 V 50 HZ								
9	Rad sa 1 punjivom litijском baterijom								
10	Broj defibrilacija u radu s baterijom minimalno 100 defibrilacija pri maksimalnoj energiji								
11	Punjenje baterije do punog kapaciteta maksimalno 5 sati								
12	LCD ekran u boji min. dijagonale 14 cm								
13	Stalni nadzor nad pacijentom sa alarmom životno opasnim smetnjama srčanog ritma								
14	Automatsko samotestiranje aparata pri uključenju uređaja ili u programiranom terminu								
15	Filtriranje artefakata na EKG signalu usljed ručne masaže srca								

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
16	Praćenje dubine i frekvencije masaže srca								
17	Jedinica za transkutanu elektrostimulaciju								
18	Mjerenje SpO2								
19	Kompletan pribor za upotrebu: EKG defibrilacijski kabel, pedale, priključni kabel za 220V, torba s pretincima za kablove i pribor								
20	Popis dijelova i materijala koji ne ulaze u garantni rok: kablovi, senzori								
<b>UKUPNO GRUPA PREDMETA NABAVE XI (brojkama)</b>									