

EU - Europski fond za regionalni razvoj
 „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“
 KK.08.1.2.03.0012

Klinički bolnički centar Zagreb
 Klinika za bolesti srca i krvnih žila
 Kišpatićeva 12.

I- UREĐAJI ZA PRAĆENJE FUNKCIJE SRCA I DISANJA

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU PREDMETA NABAVE - Holter EKG (24-satni)

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
	GRUPA PREDMETA NABAVE - X								
	Holter EKG (24-satni)	kom	10						
	OBAVEZNE MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE								
	KARAKTERISTIKE REKORDERA								
1	Oscilometrijska metoda mjerenja								
2	Sustav mora odgovarati European Hypertension Society protokolu (priložiti certifikat ili drugi dokaz sukladnosti)								
3	Sustav mora odgovarati protokolu AAMI SP10,								
4	Sustav mora odgovarati barem BHS A / B								
5	Raspon mjerenja tlaka 30 – 260 mm Hg								
6	Raspon mjerenja srčane frekvencije 40 – 200 otk./min.								
7	Pohranjivanje minimalno 250 mjerenja								
8	Podjela 24-satnog mjerenja na 3 neovisna vremenska intervala								
9	iniciranje mjerenja tlaka od strane pacijenta								
10	programsko blokiranje tipke za ručno iniciranje mjerenja tlaka								
11	Prikaz izmjerene vrijednosti na ekranu rekordera								
12	programsko blokiranje prikaza izmjerene vrijednosti na ekranu rekordera								
13	Težina maksimalno 285 g								

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataloški broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
14	Uz rekorder se isporučuju tri orukvice različitih veličina: za djecu , za odrasle i za pretile, perive								
	KARAKTERISTIKE PROGRAMSKOG PAKETA ZA ANALIZU:								
15	Numerički i grafički prikaz vrijednosti sistoličkog, dijastoličkog i srednjeg tlaka, te srčane frekvencije								
16	Statistička analiza izmjerenih vrijednosti; prikaz srednje, maksimalne i minimalne vrijednosti svakog parametra sa vremenom mjerenja								
17	Odvojen prikaz i analiza mjerenja zabilježenih tijekom noći i tijekom dana								
18	Automatska interpretacija izmjerenih vrijednosti u sklopu sažetka u ispisu								
19	Automatsko prepoznavanje „White Collar Hypertension“ (priložiti opis)								
20	ispis kompaktnog izvještaja koji sadrži sve najbitnije podatke na jednoj stranici								
	ispis različitih izvještaja								
	RAČUNALO NA KOJE SE INSTALIRA PROGRAMSKI PAKET								
21	Potrebno je da programski paket bude instaliran na računalu najnovije generacije slijedećih karakteristika; TFT LCD ekran u boji min. dijagonale 22 inča, Windows 7 ili 10 operativni sistem, uključena sva potrebna periferna oprema (miš, tipkovnica, crno-bijeli laserski pisač)								
UKUPNO GRUPA PREDMETA NABAVE X (brojkama)									