

EU - Europski fond za regionalni razvoj
 „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“
 KK.08.1.2.03.0012

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinika za stomatologiju

Gunduličeva 5

II KIRURŠKI SETOVI

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU PREDMETA NABAVE XVII – Kirurški fiziodispenzer

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataloški broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
GRUPA PREDMETA NABAVE XVII									
Kirurški fiziodispenzer		kom	1						
1.	Kontrolni uređaj s pumpom za ispiranje (LCD ekran; 8 memorijskih programa) i mogućnost regulacije: brzine; smjera rotacije; raspon okretnog momenta i brzine; odabir volumena protoka sredstva za hlađenje (5 stupnjeva)								
2.	nožna pedala sa kabelom (min 2m)								
3.	strujni kabel za izmjeničnu struju (min 2m)								
4.	mikromotor sa kabelom (200-40.000 okr/min; 50-80 Ncm); moguća sterilizacija								
5.	redukcijski koljičnik 20:1 sa svijetlom; tijelo od titanija, obrađena površina "protiv klizanja" ; mogućnost vanjskog i unutarnjeg hlađenja; max.brzina: 2,000 min-1; max.torque: 80 Ncm; moguća sterilizacija								
6.	ravni nasadnik 1:1 sa svijetlom; tijelo od titanija; obrađena površina "protiv klizanja"; max.brzina: 40,000 min-1; jedan sprej; boreri: HPØ2.35, moguća sterilizacija								
7.	irigacijske tube								
8.	držač dovodne cijevi tekućine za hlađenje								
9.	stalak za nasadni instr.								
10.	kalibracijsko svrdlo								
11.	nastavci za održavanje aparata (podmazivanje i čišćenje)								
	napajanje 120/230 V								
	frekvencija 50/60 Hz								
	Potrošnja struje 52VA								
	Max. Izlaz pumpe 75 ml/min								
	težina max 4kg								
UKUPNO GRUPA PREDMETA NABAVE XVII (brojkama)									