

EU - Europski fond za regionalni razvoj
 „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“
 KK.08.1.2.03.0012

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinika za pedijatriju

Kišpatićeva 12.

I- UREĐAJI ZA PRAĆENJE FUNKCIJE SRCA I DISANJA
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU PREDMETA NABAVE - Komplet za reanimaciju dojenčadi i djece

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
	GRUPA PREDMETA NABAVE -XXVI								
	Komplet za reanimaciju dojenčadi i djece	kom	1						
	OBAVEZNE MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE								
1	Torba treba biti izrađena od čvrstog materijala otpornog na habanje i nepropusnog za tekućinu, tipa Cordura ili jednakovrijedno. Minimalnih dimenzija 45x33x30cm(v). Prazna ne smije težiti više od 1,8 kg. Modularna unutrašnjost pomoću čvrstih pregrada s fiksacijom na čičak. Ručke za nošenje u ruci na gornjoj strani i naramenicu za nošenje preko ramena. Džep s prednje strane s patent zatvaračem, po jedan veliki džep s patent zatvaračem sa svake bočne strane i straga te jedan u unutrašnjosti.								
2	Balon za prodisavanje izrađen od silikona, autoklavabilan, za djecu u kompletu s maskama veličine 0, 1, 2 i 3 izrađenim od silikona, sve autoklavabilno, te cijevi i rezervoarom za kisik, balon mora imati ugrađen manometar za nadzor tlaka prilikom ventilacije								

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
3	Ručni aspirator, učinkovit i snažan, namijenjen za brzu aspiraciju tekućina iz oro i nazofaringealnog prostora u hitnim situacijama. Ručni aspirator treba biti/imati: prenosiv i lagan; uvijek spreman za uporabu neovisno o izvoru energije; posudu za sakupljanje tekućina za odrasle i djecu; mekane i atraumatske katetere u 3 veličine – 14, 28, 36 CH za aspiraciju oro i nazofaringealnog prostora; adapter 15 mm O.D. za aspiracijske katetere raznih veličina; kućište izrađeno od tvrde plastike s potisnim mehanizmom; poklopac posude za sakupljanje sekreta sa gumenom brtvom i jednosmjernim ventilom koji sprječava povrat tekućine prema pacijentu, sa nastavkom 15 mm I.D. za spajanje direktno na endotrahealni tubus								
4	Endotrahealni tubusi bez balona veličine 2.0-5.0 mm								
5	Orotrahealni tubusi veličine 000, 00, 0, 1 i 2								
6	Nazofaringealni tubusi veličine 4, 5, i 6 mm I.D.								
7	Kliješta tipa Magill za dojenčad								
8	Kliješta tipa Magill za djecu								
9	Jednokratni laringoskopi s metalnom špatulom tipa Miller i LED izvorom svjetla s uskom drškom za djecu u veličinama 00, 0, 1								
10	Set za intraosealni pristup s višekratnom rotacijskom bušilicom i iglama u 3 veličine 15 mm, 25 mm i 45 mm sa stabilizatorima igle i produžnim linijama i tlačnom manžetom za brzu primjenu infuzije/transfuzije								
11	Set za brzu perkutanu konikotomiju bez uporabe skalpela, s trakicom za fiksaciju i fleksibilnim produžetkom za ventilaciju dojenčadi								
12	Set za brzu perkutanu konikotomiju bez uporabe skalpela, s trakicom za fiksaciju i fleksibilnim produžetkom za ventilaciju djece								
13	Set supraglotičnih pomagala 2. generacije s mogućnošću ventilacije balonom i aspiracije želučanog sadržaja za zbrinjavanje dojenčadi i djece od <5 kg do 25 kg tjelesne mase, set treba sadržavati komplet od minimalno 4 različite veličine pomagala s mogućnošću prolaska nazogastrične sonde od minimalno 10 fr za dojenčad i djecu do 12 kg i 16 fr za djecu od 12-25 kg								

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataloški broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
14	Supraglotično pomagalo 3. generacije s mogućnošću ventilacije balonom, aspiracije želučanog sadržaja i intubacije endotrahealnim tubusom veličine do 6.5 mm, za zbrinjavanje svih pacijenata 125-155 cm visine u kompletu s armiranim endotrahealnim tubusom i stabilizatorom tubusa								
15	Klin za otvaranje usta								
16	Fiksacijske trake za fiksaciju endotrahealnog tubusa, 5 komada								
17	Vodilica za otežanu intubaciju i reintubaciju s mekanim vrhom i oznakama dubine u cm, 8 CH, 40 cm								
18	Vodilica za otežanu intubaciju i reintubaciju s mekanim vrhom i oznakama dubine u cm, 12 CH, 65 cm								
19	Maska sa silikonskom membranom s mogućnošću ventilacije i istovremenu intubaciju fiberoptičkim bronhoskopom, za dojenčad								
20	Maska sa silikonskom membranom s mogućnošću ventilacije i istovremenu intubaciju fiberoptičkim bronhoskopom, za djecu								
21	Stilet za intubaciju za tubuse 2.5-3.5 mm								
22	Stilet za intubaciju za tubuse 4.0-4.5 mm								
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE XXVI (brojkama)									