

Klinički bolnički centar Zagreb  
 Klinika za plućne bolesti  
 Adresa dostave opreme za Grupu III: Jordanovac 104, Zagreb

PRILOG 3 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

X MEDICINSKI I NEMEDICINSKI NAMJEŠTAJ

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA: GRUPA III - KPB Fotelje

Red br.	Tražene specifikacije	Ponuđene specifikacije	Bilješke, označiti rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, katalogu, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike, napomene reference za tehničku dokumentaciju	Ocjena DA / NE
1	2	3	4	5
	<b>GRUPA III</b>			
	<b>KPB Fotelje</b>			
	<b>11 kom</b>			
	<b>Naziv proizvođača:</b>			
	<b>Naziv modela:</b>			
	<b>Zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati.</b>			
1	Bolnička fotelja za dnevnu bolnicu elektro podesiva.			
2	Neovisno namještanja naslona za leđa i oslonca za noge			
3	Konstrukcija od čelika zaštićena praškastom bojom nanesenom elektrostatski			
4	Podesive visine minimalno 540 mm			
5	3-dijelna ležna ploha od HPL laminata			
6	Širina sjedećeg dijela minimalno 520 mm			
7	Presvlaka izrađena od perivog materijala sa antibakterijskim i antimikotskim svojstvima , nezapaljiva klase B21 UNI 9175/87, 9175FA-1/94 ili UNI 91751IM.			
8	Stolica se sastoji od minimalno 3 nezavisna jastuka od ekspanzirane polimerne pjene koja se ne može deformirati, visoke gustoće .			
9	Leđni dio namjestiv putem elektromotora do minimalno 76°			
10	Nožni dio namjestiv putem elektromotora do minimalno 45°			
11	Trendelenburg nagib namjestiv putem elektromotora , minimalno 10°			
12	Sve funkcije namjestive putem ručnog upravljača			
13	Jastuk za glavu			
14	PVC zaštita za nožni dio			
15	Oslonac za noge od HPL laminata, ručno namjestiv			

Red br.	Tražene specifikacije	Ponuđene specifikacije	Bilješke, označiti rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, katalogu, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike, napomene reference za tehničku dokumentaciju	Ocjena DA / NE
1	2	3	4	5
16	Tapeciran naslon za ruke može se podići, ukloniti ili namjestiti prema unutra i prema van			
17	4 gumirana kotača sa kočnicom minimalno 100 mm ili roleri za premještanje stolice			
18	Ukupna težina fotelje minimalno 60 kg maksimalno 100 kg.			
19	Napajanje 230 V, 50/60 Hz			
20	Motori niskog napona ( 24 V )			
21	Izolacija minimalno IP44			
22	Minimalno radno opterećenje 180 kg.			
23	Minimalno radno opterećenje 200 kg			
24	Minimalna dužina 170 cm			
25	Infuzijski stalak / 2 kom sa montažom na stolicu obostrano.			
26	<b>PRIRUČNICI - UPUTE ZA RUKOVANJE</b> na Hrvatskom jeziku			
27	<b>DODATNE USLUGE:</b>			
	Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za instalaciju opreme, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova opreme, izvršiti osnovne funkcionalne testove i osigurati svu dodatnu opremu za punu radnu funkcionalnost (kablove, konektore, periferne uređaje i postaviti uređaj u punu funkciju, konfiguracija, integracija, kalibracija opreme ).			
28	<b>Edukacija / trening : 1</b> djelatnika u trajanju 15 minuta . Rok izvršenja edukacije u roku za isporuku uređaja od 45 dana. Edukacija će se provesti u prostoru Naručitelja na lokaciji Jordanovac 104.			
29	<b>JAMSTVO : 2</b> godine jamstva od dana prihvata opreme uz rok za odaziv od 24 sata od poziva te rok za popravak od 72 sata od prijave kvara. U jamstveni rok ulazi preventivno i korektivno održavanje opreme i rezervni dijelovi.			
30	<b>Rok isporuke:</b> maksimalno 45 dana			

**Napomena 1:** Stupac 3 ponuditelj mora popuniti tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“ ili „odgovara traženom“). Ponuditelj mora popuniti u stupcu ponuđene specifikacije i podatke vezane uz jamstveni rok i rok isporuke.

**Napomena 2:** Stupac 4 « Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju » ponuditelj mora popuniti.

**Napomena 3:** Stupac 5 « Ocjena DA/NE » ponuditelj NE POPUNJAVA, s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene Naručitelja.