

Klinički bolnički centar Zagreb
 Klinika za neurologiju

PRILOG 3 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Adresa dostave opreme za Grupu IV: Kišpatićeva 12, Zagreb

X MEDICINSKI I NEMEDICINSKI NAMJEŠTAJ

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA: ZA GRUPA IV - NRL Fotelje

Red br.	Tražene specifikacije	Ponuđene specifikacije	Bilješke, označiti rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, katalogu, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike, napomene reference za tehničku dokumentaciju	Ocjena DA / NE
1	2	3	4	5
	GRUPA IV			
	NRL Fotelje			
	11 kom			
	Naziv proizvođača:			
	Naziv modela:			
	Zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati.			
1	Bolnička fotelja za dnevnu bolnicu elektro podesiva.			
2	Neovisno namještanja naslona za leđa i oslonca za noge			
3	Konstrukcija od čelika zaštićena praškastom bojom nanesenom elektrostatski			
4	Podesive visine minimalno 540 mm			
5	3-dijelna ležna ploha od HPL laminata			
6	Širina sjedećeg dijela minimalno 520 mm			
7	Presvlaka izrađena od perivog materijala sa antibakterijskim i antimikotskim svojstvima , nezapaljiva klase B21 UNI 9175/87, 9175FA-1/94 ili UNI 91751IM.			
8	Stolica se sastoji od minimalno 3 nezavisna jastuka od ekspandirane polimerne pjene koja se ne može deformirati, visoke gustoće .			
9	Leđni dio namjestiv putem elektromotora do minimalno 76°			
10	Nožni dio namjestiv putem elektromotora do minimalno 45°			
11	Trendelenburg nagib namjestiv putem elektromotora , minimalno 10°			
12	Sve funkcije namjestive putem ručnog upravljača			
13	Jastuk za glavu			

14	PVC zaštita za nožni dio			
15	Oslonac za noge od HPL laminata , ručno namjestiv			
16	Tapeciran naslon za ruke može se podići, ukloniti ili namjestiti prema unutra i prema van			
17	4 gumirana kotača sa kočnicom minimalno 100 mm ili roleri za premještanje stolice			
18	Ukupna težina fotelje minimalno 60 kg maksimalno 100 kg.			
19	Napajanje 230 V, 50/60 Hz			
20	Motori niskog napona (24 V)			
21	Izolacija minimalno IP44			
22	Minimalno radno opterećenje 180 kg.			
23	Minimalno radno opterećenje 200 kg			
24	Minimalna dužina 170 cm			
25	Infuzijski stalak / 2 kom sa montažom na stolicu obostrano.			
26	PRIRUČNICI - UPUTE ZA RUKOVANJE na Hrvatskom jeziku			
27	DODATNE USLUGE:			
	Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za instalaciju opreme, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova opreme, izvršiti osnovne funkcionalne testove i osigurati svu dodatnu opremu za punu radnu funkcionalnost (kablove, konektore, periferne uređaje i postaviti uređaj u punu funkciju, konfiguracija, integracija, kalibracija opreme).			
28	Edukacija / trening : 1 djelatnika u trajanju 15 minuta. Rok izvršenja edukacije u roku za isporuku uređaja od 45 dana. Edukacija će se provesti u prostoru Naručitelja na lokaciji Kišpatićeva 12.			
29	JAMSTVO : 2 godine jamstva od dana prihvata opreme uz rok za odziv od 24 sata od poziva te rok za popravak od 72 sata od prijave kvara. U jamstveni rok ulazi preventivno i korektivno održavanje opreme i rezervni dijelovi.			
30	Rok isporuke: maksimalno 45 dana			

Napomena 1: Stupac 3 ponuditelj mora popuniti tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“ ili „odgovara traženom“). Ponuditelj mora popuniti u stupcu ponuđene specifikacije i podatke vezane uz jamstveni rok i rok isporuke.

Napomena 2: Stupac 4 « Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju » ponuditelj mora popuniti.

Napomena 3: Stupac 5 « Ocjena DA/NE » ponuditelj NE POPUNJAVA, s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene Naručitelja.