

X MEDICINSKI I NEMEDICINSKI NAMJEŠTAJ

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA: GRUPA I - ONK Fotelja/naslonjač za aplikaciju kemoterapije

| Red br. | Tražene specifikacije | Ponuđene specifikacije | Bilješke, označiti rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, katalogu, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike, napomene reference za tehničku dokumentaciju | Ocjena DA / NE |
|---------|---|------------------------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | GRUPA I | | | |
| | ONK Fotelja/naslonjač za aplikaciju kemoterapije | | | |
| | 3 kom | | | |
| | Naziv proizvođača: | | | |
| | Naziv modela: | | | |
| | Zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati. | | | |
| 1 | Bolnička fotelja za dnevnu bolnicu sa minimalno 2 elektromotora | | | |
| 2 | Neovisno namještanja naslona za leđa i oslonca za noge | | | |
| 3 | Konstrukcija od čelika zaštićena praškastom bojom nanesenom elektrostatski | | | |
| 4 | Podesive visine minimalno 540 mm | | | |
| 5 | 3-dijelna ležna ploha od HPL laminata | | | |
| 6 | Širina sjedećeg dijela minimalno 520 mm | | | |
| 7 | Presvlaka izrađena od perivog materijala sa antibakterijskim i antimikotskim svojstvima ,otporna na NaOH, nezapaljiva klase B21 UNI 9175/87, 9175FA-1/94 ili UNI 91751IM. | | | |
| 8 | Stolica se sastoji od minimalno 8 cm debljine ,3 nezavisna jastuka od ekspanirane polimerne pjene koja se ne može deformirati, visoke gustoće . | | | |
| 9 | Leđni dio namjestiv putem elektromotora do minimalno 76° | | | |
| 10 | Nožni dio namjestiv putem elektromotora do minimalno 45° | | | |
| 11 | Trendelenburg nagib namjestiv putem elektromotora , minimalno 10° | | | |
| 12 | Sve funkcije namjestive putem ručnog upravljača | | | |
| 13 | Jastuk za glavu | | | |
| 14 | PVC zaštita za nožni dio | | | |
| 15 | Oslonac za noge od HPL laminata, ručno namjestiv | | | |
| 16 | Tapeciran naslon za ruke može se podići, ukloniti ili namjestiti prema unutra i prema van | | | |
| 17 | 4 gumirana kotača sa kočnicom minimalno 100 mm ili roleri za premještanje stolice | | | |
| 18 | Ukupna težina fotelje minimalno 60 kg maksimalno 100 kg. | | | |
| 19 | Napajanje 230 V, 50/60 Hz | | | |
| 20 | Motori niskog napona (24 V) | | | |
| 21 | Izolacija minimalno IP44 | | | |
| 22 | Minimalno radno opterećenje 180 kg. | | | |

| Red br. | Tražene specifikacije | Ponuđene specifikacije | Bilješke, označiti rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, katalogu, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike, napomene reference za tehničku dokumentaciju | Ocjena DA / NE |
|---------|---|------------------------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | PRIRUČNICI - UPUTE ZA RUKOVANJE na Hrvatskom jeziku | | | |
| 24 | DODATNE USLUGE: | | | |
| | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za instalaciju opreme, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova opreme, izvršiti osnovne funkcionalne testove i osigurati svu dodatnu opremu za punu radnu funkcionalnost (kablove, konektore, periferne uređaje i postaviti uređaj u punu funkciju, konfiguracija, integracija, kalibracija opreme). | | | |
| 25 | Edukacija / trening : 1 djelatnika u trajanju 15 minuta . Rok izvršenja edukacije u roku za isporuku uređaja od 45 dana. Edukacija će se provesti u prostoru Naručitelja na lokaciji Kišpatićeva 12. | | | |
| 26 | JAMSTVO : 2 godine jamstva od dana prihvata opreme uz rok za odaziv od 24 sata od poziva te rok za popravak od 72 sata od prijave kvara. U jamstveni rok ulazi preventivno i korektivno održavanje opreme i rezervni dijelovi. | | | |
| 27 | Rok isporuke: maksimalno 45 dana | | | |

Napomena 1: Stupac 3 ponuditelj mora popuniti tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“ ili „odgovara traženom“). Ponuditelj mora popuniti u stupcu ponuđene specifikacije i podatke vezane uz jamstveni rok i rok isporuke.

Napomena 2: Stupac 4 « Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju » ponuditelj mora popuniti.

Napomena 3: Stupac 5 « Ocjena DA/NE » ponuditelj NE POPUNJAVA, s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene Naručitelja.