

Klinički bolnički centar Zagreb
 Klinika za onkologiju
 Adresa dostave opreme za Grupu XXXII: Kišpatićeva 12, Zagreb

PRILOG 3 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

X MEDICINSKI I NEMEDICINSKI NAMJEŠTAJ

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA: GRUPA XXXII - ONK Kolica za odlaganje citostatskog otpada

Red br.	Tražene specifikacije	Ponuđene specifikacije	Bilješke, označiti rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, katalogu, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike, napomene reference za tehničku dokumentaciju	Ocjena DA / NE
1	2	3	4	5
	GRUPA XXXII			
	ONK Kolica za odlaganje citostatskog otpada			
	3 kom			
	Naziv proizvođača:			
	Naziv modela:			
	Zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati.			
1	s postoljem i kotačićima			
2	Tehnički opis: Okvir izrađen od stainless čelika Kromirano podešavajuće postolje (minimalno 500mm, maksimalno 725mm) do visine vreće/posude 60L Pokretanje pedalom što jamči maksimalnu sigurnost.			
3	Tip: DIN EN 61010-1 ili jednakovrijedno			
4	Certificiran TUV GS i označen CE ili jednakovrijedno			
5	Proizveden po normi: DIN EN ISO 9001 ili jednakovrijedno			
6	Potreban napon: do 230V AC			
7	Frekvencija: 50Hz			
8	Snaga: 120W			
9	Klasa: 1			
10	Dimenzije: (ŠxD) 476mm x 476mm, visina podesiva minimalno 865mm do 1085mm			
11	PRIRUČNICI - UPUTE ZA RUKOVANJE na Hrvatskom jeziku			