

Klinički bolnički centar Zagreb
Klinika za ortopediju
Adresa dostave opreme za Grupu XVIII: Šalata 6, Zagreb

PRILOG 3 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

X - MEDICINSKI I NEMEDICINSKI NAMJEŠTAJ

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA: GRUPA XVIII - ORT Negatoskop

Red br.	Tražene specifikacije	Ponuđene specifikacije	Bilješke, označiti rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, katalogu, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike, napomene reference za tehničku dokumentaciju	Ocjena DA / NE
1	2	3	4	5
	GRUPA XVIII			
	ORT Negatoskop			
	1 kom			
	Naziv proizvođača:			
	Naziv modela:			
	Zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati.			
1	Negatoskop svjetlosnog polja 1100/430 mm			
2	Za kontrolu RTG filmova montiran na zid.			
3	TFT-LCD tehnologija osvjetljenja. Debljina negatoskopa najviše 40 mm			
4	Dimenzije minimalno 1230/482/40mm			