

Klinički bolnički centar Zagreb  
 Klinika za ortopediju  
 Adresa dostave opreme za Grupu XXVII: Šalata 6, Zagreb

PRILOG 3 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

X MEDICINSKI I NEMEDICINSKI NAMJEŠTAJ

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA: GRUPA XXVII - ORT Sterilizator plazma s varilicom za folije

Red br.	Tražene specifikacije	Ponuđene specifikacije	Bilješke, označiti rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, katalogu, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike, napomene reference za tehničku dokumentaciju	Ocjena DA / NE
1	2	3	4	5
	<b>GRUPA XXVII</b>			
	<b>ORT Sterilizator plazma s varilicom za folije</b>			
	<b>1 kom</b>			
	<b>Naziv proizvođača:</b>			
	<b>Naziv modela:</b>			
	<b>Zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati.</b>			
1	<b>PLAZMA STERILIZATOR - NEPROLAZNI</b>			
2	Sterilizacija plazma tehnologijom na bazi vodik-peroksida			
3	Sredstvo za sterilizaciju u bočicama ili kazetama maks. koncentracije vodikovog peroksida 58%			
4	Jedna bočica minimalno 20 normalnih ciklusa ili kazeta kapaciteta sterilizacije minimalno 2 normalna ciklusa			
5	Maks. trajanje normalnog ciklusa 40 minuta			
6	Kontrola procesa putem dodirnog pokaznika min. veličine 6-inča			
7	Operativni sustav Windows ili jednakovrijedno			
8	Komora iskoristivog volumena minimalno 70 litara i više			
9	Dubina komore minimalno 624 mm			
10	CE certifikat o punoj usklađenosti s europskim normama EN ISO 13485. Proces sterilizacije validiran u skladu sa ISO 14937 ili jedankovrijedne norme			
11	Unutar komore minimalno jedna polica			
12	Ugrađen printer			
13	Ugrađena mrežna kartica			
14	Uređaj opremljen s kotačima			
15	Jednofazni ili trofazni priključak na električnu energiju			

Red br.	Tražene specifikacije	Ponuđene specifikacije	Bilješke, označiti rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, katalogu, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike, napomene reference za tehničku dokumentaciju	Ocjena DA / NE
1	2	3	4	5
16	Vanjske dimenzije maksimalno 1060x1850x800 mm (DxVxŠ)			

Red br.	Tražene specifikacije	Ponudene specifikacije	Bilješke, označiti rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, katalogu, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike, napomene reference za tehničku dokumentaciju	Ocjena DA / NE
1	2	3	4	5
17	<b>UREĐAJ ZA VARENJE FOLIJA</b>			
	1 kom			
	<b>Naziv proizvođača:</b>			
	<b>Naziv modela:</b>			
17.1	Automatski rotacioni uređaj za varenje folija sa kontrolom temperature varenja			
17.2	Elektronsko upravljanje i kontrola temperature			
17.3	Ugrađen printer			
17.4	Validacije uređaja prema normi EN ISO 11607-2. ili jednakovrijedno			
17.5	Podešavanja temperature podešavanje pritiska i brzine varenja			
18	<b>PRIRUČNICI - UPUTE ZA RUKOVANJE</b> na Hrvatskom jeziku			