

Klinički bolnički centar Zagreb
 Klinika za plućne bolesti

Adresa dostave opreme za Grupu IX: Jordanovac 104, Zagreb

PRILOG 3 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

X MEDICINSKI I NEMEDICINSKI NAMJEŠTAJ

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA: GRUPA IX - KPB Postelje za recovery

Red br.	Tražene specifikacije	Ponuđene specifikacije	Bilješke, označiti rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, katalogu, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike, napomene reference za tehničku dokumentaciju	Ocjena DA / NE
1	2	3	4	5
	GRUPA IX			
	KPB Postelje za recovery			
	3 kom			
	Naziv proizvođača:			
	Naziv modela:			
	Zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati.			
1	Osnovna konstrukcija kreveta na 2 teleskopska stupa ili jednakovrijedno			
2	Konstantna visina uzglavlja integrirana u podkonstrukciji kreveta			
3	Ležna ploha četverodijelna izrađena od ABS plastike koja se prema potrebi može skidati			
4	Podešavanje putem elektromotora			
5	Ležna ploha min 2000x900 mm			
6	Visinska regulacija od min 395-775 mm putem elektromotora			
7	Podešavanje Tr+15° / Atr-15° (dozvoljeno odstupanje ± 3°) putem elektromotora			
8	Nagib uzglavlja minimalno 0°-62°; nagib bedrenog dijela min 0°-20° putem elektro motora; podešavanje lisnog dijela mehanički			
9	Putem elektro motora; podešavanje lisnog dijela mehanički			
10	Autoregresija –produženje ležnog dijela za minimalno 100 mm, a bedreno lisnog dijela za minimalno 60 mm			
11	Ručica za CPR s obje strane kreveta			
12	Čela kreveta od ABS plastike sa umetcima od HPL laminata u mogu se skidati, osigurači protiv nekontroliranog skidanja			

Red br.	Tražene specifikacije	Ponuđene specifikacije	Bilješke, označiti rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, katalogu, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike, napomene reference za tehničku dokumentaciju	Ocjena DA / NE
1	2	3	4	5
13	U slučaju nestanka električne energije ugrađena baterija od 12v			
14	Krevet ima 4 elektromotora sa zaštitom od vlage IP54 ili IP66 ili IPX 4 ili IPX			
15	Sestrinski kontrolni panel sa svim komandama smješten kod uznožja ili bočno zaključavanje ručnog upravljača; memorirani (kardio položaj, CPR, Tr/Atr)			
16	Čela kreveta od ABS plastike sa umetcima od HPL laminata u boji po izboru, mogu se skidati, osigurači protiv nekontroliranog skidanja			
17	Na uglovima kreveta kotačići kao zaštita od udaraca min 100 mm			
18	Kotači minimalno Ø 150 mm sa centralnim kočenjem i mogućnošću usmjeravanja za pravocrtnu vožnju			
19	Opcija produženja kreveta minimalno 170 mm –integrirano u konstrukciji			
20	Na bočnim stranama kreveta nosači za urinske i drenažne vrećice.			
21	Polica za posteljinu			
22	Metalni dijelovi –zaštićeni praškastom bojom nanesenom elektrostatski			
23	Ograde 4-dijelne od ABS plastike s komandama			
24	Minimalno 4 indikatora nagiba			
25	Indikator u ogradi kod glave ima mogućnost signalizacije najnižeg položaja pomoću promjene boje tekućine ili jednakovrijedna opcija			
26	Krevet mora zadovoljavati i biti proizveden prema standardu EN 60601-2-52 ili jednakovrijednom			
27	Nosivost kreveta minimalno 210 kg			
28	Dodatna oprema:			
29	-infuzijski stalak			
30	-trapez s rukohvatom			
31	Madraci za bolesničke krevete za recovery			
31.1	Posteljni uložak jednodijelni za intenzivnu njegu pacijenata (pasivni antidekubitalni madrac)			
31.2	Kombinirani madrac izrađen od hladne poliuretanske pjene i visoko elastične pjene ili memori pjena u cjelosti			
31.3	Nepropusna presvlaka sa zatvaračem ,minimalno tri stranice			
31.4	Dimenzija madraca usklađena s dimenzijama postelje za intenzivnu njegu			
31.5	Visina min 14 cm			

Red br.	Tražene specifikacije	Ponuđene specifikacije	Bilješke, označiti rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, katalogu, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike, napomene reference za tehničku dokumentaciju	Ocjena DA / NE
1	2	3	4	5
31.6	Nosivost madraca minimalno 210 kg			