

Klinički bolnički centar Zagreb  
 Klinika za onkologiju  
 Adresa dostave opreme za Grupu XXI: Kišpatićeva 12, Zagreb

PRILOG 3 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

X MEDICINSKI I NEMEDICINSKI NAMJEŠTAJ

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA: GRUPA XXI - ONK Stalci pokretni

Red br.	Tražene specifikacije	Ponuđene specifikacije	Bilješke, označiti rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, katalogu, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike, napomene reference za tehničku dokumentaciju	Ocjena DA / NE
1	2	3	4	5
	<b>GRUPA XXI</b>			
	<b>ONK Stalci pokretni</b>			
	<b>10 kom</b>			
	<b>Naziv proizvođača:</b>			
	<b>Naziv modela:</b>			
	<b>Zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati.</b>			
1	stalak je opremljen četirima kukicama sa zaštitnim ukrivljenjem (2 kg po kukici)			
2	konstrukcija izrađena od nehrđajućeg čelika			
3	posudica za tekućinu s nosačem smještena na tijelu stalka			
4	stalak ima pet kotača Ø 50 mm (2 antistatična s kočnicom)			
5	visina se namješta vijkom u rasponu 135 cm – 215 cm			
6	promjer stalka maksimalno 64 cm			
7	<b>PRIRUČNICI - UPUTE ZA RUKOVANJE</b> na Hrvatskom jeziku			
8	<b>DODATNE USLUGE:</b>			
	Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za instalaciju opreme, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova opreme, izvršiti osnovne funkcionalne testove i osigurati svu dodatnu opremu za punu radnu funkcionalnost (kablove, konektore, periferne uređaje i postaviti uređaj u punu funkciju, konfiguracija, integracija, kalibracija opreme).			