

Klinički bolnički centar Zagreb
 Klinika za ortopediju
 Adresa dostave opreme za Grupu XXII: Šalata 6, Zagreb

PRILOG 3 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

X - MEDICINSKI I NEMEDICINSKI NAMJEŠTAJ

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA: GRUPA XXII - ORT Stol mali za kirurške instrumente

Red br.	Tražene specifikacije	Ponuđene specifikacije	Bilješke, označiti rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, katalogu, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike, napomene reference za tehničku dokumentaciju	Ocjena DA / NE
1	2	3	4	5
	GRUPA XXII			
	ORT Stol mali za kirurške instrumente			
	2 kom			
	Naziv proizvođača:			
	Naziv modela:			
	Zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati.			
1	Stol za instrumente, materijal inoks klase 1.4301, površina polirana na finoću 240/320			
2	Glatka gornja ploha, materijal debljine 1.00 mm, svinuti rubovi sa svih strana 40 mm			
3	Donja strana plohe završne inoks obrade			
4	Otvorena konstrukcija inoks četvrtastih cijevi 30x30 mm, sa bočnim stabilizatorima i donjom policom od istog materijala			
5	Mobilni, na 4 antistatička kotača promjera 125mm, dva s kočnicama			
6	Visina cca 900mm			
7	Dimenzije radne plohe 1,1x0,6 mm			