

Klinički bolnički centar Zagreb
 Klinika za ortopediju
 Adresa dostave opreme za Grupu XXIII: Šalata 6, Zagreb

PRILOG 3 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

X - MEDICINSKI I NEMEDICINSKI NAMJEŠTAJ

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA: GRUPA XXIII - ORT Stolac s podesivom visinom

Red br.	Tražene specifikacije	Ponuđene specifikacije	Bilješke, označiti rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, katalogu, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike, napomene reference za tehničku dokumentaciju	Ocjena DA / NE
1	2	3	4	5
	GRUPA XXIII			
	ORT Stolac s podesivom visinom			
	3 kom			
	Naziv proizvođača:			
	Naziv modela:			
	Zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati.			
1	Okrugli stolac za liječnika s naslonom			
2	<i>Okretan 360°</i>			
3	<i>Zvezdasto postolje izrađeno od čeličnih kromiranih cijevi</i>			
4	<i>Pet kotača veličine Ø 50 mm s mekom dodirnom površinom osigurava stabilnos i pokretljivost,</i>			
5	<i>Promjer postolja minimalno 62 cm</i>			
6	<i>Promjer sjedala minimalno 36 cm,</i>			
7	<i>Namjestiva visina od minimalno 51 do maksimalno 70 cm</i>			