

Klinički bolnički centar Zagreb
 Adresa dostave opreme za Grupu XXXVII: Kišpatićeva 12, Zagreb

PRILOG 3 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

X MEDICINSKI I NEMEDICINSKI NAMJEŠTAJ

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA: GRUPA XXXVII - Stolice za prijevoz pacijenata od garaže do ordinacije DB / JDK

| Red br. | Tražene specifikacije | Ponuđene specifikacije | Bilješke, označiti rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, katalogu, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike, napomene reference za tehničku dokumentaciju | Ocjena DA / NE |
|---------|--|------------------------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | GRUPA XXXVII | | | |
| | Stolice za prijevoz pacijenata od garaže do ordinacije DB /JDK | | | |
| | 10 kom | | | |
| | Naziv proizvođača: | | | |
| | Naziv modela: | | | |
| | Zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati. | | | |
| 1 | Konstrukcija kolica metalna plastificirana ili inox | | | |
| 2 | Širina sjedne plohe minimalno 50 cm | | | |
| 3 | Zadnja dva kotača minimalno Ø 200 mm sa centralnim kočionim sistemom | | | |
| 4 | Prednja dva kotača minimalno Ø 100 mm -okretna | | | |
| 5 | Visina sjedala minimalno 50 cm | | | |
| 6 | Kolica se kod spremanja mogu umetnuti jedna u druga što omogućava uštedu prostora do 48 % | | | |
| 7 | Opcija skidanja i zamjene kod oštećenja sjednog i leđnog dijela. | | | |
| 8 | Sjedni i leđni dio u crnoj boji pogodna za pranje i dezinfekciju | | | |
| 9 | Ergonomske ručke za lakšu vožnju | | | |
| 10 | Namjestivi rukonasloni sa stoperima | | | |
| 11 | Izvlačni oslonci za noge | | | |
| 12 | Držać dokumentacije iza leđnog naslona | | | |
| 13 | U kolica ugrađen mehanizam za zaključavanje kolica i otključavanje pomoću kovanice veličine 1€ | | | |
| 14 | Nosivost minimalno 150 kg | | | |
| 15 | PRIRUČNICI - UPUTE ZA RUKOVANJE na Hrvatskom jeziku | | | |