

EU - Europski fond za regionalni razvoj
 „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“
 KK.08.1.2.03.0012

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinika za dermatovenerologiju

Šalata 4.

X - MEDICINSKI I NEMEDICINSKI NAMJEŠTAJ

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU PREDMETA NABAVE - Stol nizak i širok za preglede

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
	GRUPA PREDMETA NABAVE XVII								
	Stol nizak i širok za preglede	kom	2						
	OBAVEZNE MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE								
1	Elektropodesiva bolesnička postelja, dvije sekcije								
2	Ležna ploha dimenzije 195 x 85 cm ili veća								
3	Visina podesiva od 48-85 cm ili više								
4	Trendelenburg >10°								
5	Podešavanje naslona za leđa do + 70°								
6	Nosivost 300 kg								
7	Postolje sa 4 kotača minimalnog promjera 75 mm								
8	Kvalitetan sintetski tapacirung otporan na dezinficijense, vatrootporan klasa 1IM,								
9	Minimum tri motora za podešavanje, niskošumni (manje od 30 dB)								
10	Sa držačem role papira								
11	Medicinski proizvod klase 1 : EN60601-1-2								
	UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE XVII (brojkama)								