

EU - Europski fond za regionalni razvoj
 „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“
 KK.08.1.2.03.0012

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinika za ortopediju

Šalata 6.

X - MEDICINSKI I NEMEDICINSKI NAMJEŠTAJ

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU PREDMETA NABAVE - Negatoskop

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataloški broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
	GRUPA PREDMETA NABAVE XVIII								
	Negatoskop	kom	1						
	OBAVEZNE MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE								
1	Negatoskop svjetlosnog polja 1100/430 mm								
	za kontrolu RTG filmova montiran na zid.								
2	TFT-LCD tehnologija osvjetljenja. Debljina negatoscopa najviše 40 mm								
	Dimenzije min. 1230/482/40mm								
	UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE XVIII (brojkama)								