

EU - Europski fond za regionalni razvoj
 „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“
 KK.08.1.2.03.0012

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinika za dermatovenerologiju

Šalata 4.

X - MEDICINSKI I NEMEDICINSKI NAMJEŠTAJ

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU PREDMETA NABAVE - Stolić hidraulički za instrumente

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataloški broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
	GRUPA PREDMETA NABAVE XX								
	Stolić hidraulički za instrumente	kom	1						
	OBAVEZNE MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE								
2	Hidraulični stolić za instrumentiranje, materijal inox klase 1.4301, površina polirana								
3	Podesive visine hidrauličnom pumpom pomoću nožne pedale u rasponu min. 930-1300 mm								
4	Ploča za instrumente dimenzije ca. 600 x 400 mm s podignutim rubovima i zaobljenim kutevima.								
5	Mogućnost okretanja ploče oko osi 360°								
6	Postolje "T" oblika sa tri elektroprovodljiva kotača.								
7	Nosivost ploče 30 kg ili više.								
	UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE XX (brojkama)								