

EU - Europski fond za regionalni razvoj  
 „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“  
 KK.08.1.2.03.0012

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinika za onkologiju

Kišpatićeva 12

**X MEDICINSKI I NEMEDICINSKI NAMJEŠTAJ**

**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU PREDMETA NABAVE - Stalci pokretni**

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
	<b>GRUPA PREDMETA NABAVE XXI</b>								
	<b>Stalci pokretni</b>	<b>kom</b>	<b>10</b>						
	OBAVEZNE MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE								
1	stalak je opremljen četirima kukicama sa zaštitnim ukrivljenjem (2 kg po kukici)								
2	konstrukcija izrađena od nehrđajućeg čelika								
3	posudica za tekućinu s nosačemsmještena na tijelu stalka								
4	stalak ima pet kotača Ø 50 mm (2 antistatična s kočnicom)								
5	visina se namješta vijkom u rasponu 135 cm – 215 cm								
6	promjer stalka maksimalno 64 cm								
	<b>UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE XXI (brojkama)</b>								