

EU - Europski fond za regionalni razvoj
 „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“
 KK.08.1.2.03.0012

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinika za onkologiju

Kišpatićeva 12

X MEDICINSKI I NEMEDICINSKI NAMJEŠTAJ

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU PREDMETA NABAVE - aparat za detekciju

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataloški broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
	GRUPA PREDMETA NABAVE XXV								
	aparat za detekciju	kom	2						
	OBAVEZNE MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE								
1	Mobilnost uređaja								
2	Težina uređaja maksimalno do 700 g								
3	Lako pretvaranje u hands-free za korištenje na stalku ili sa držačem								
4	Ne zahtjeva kalibraciju								
5	mogućnost dezinfekcije aparata								
6	Digitalno prikazuje vene do 10 mm duboko								
7	Točnost prikaza do širine do 0,1 mm								
8	Lithium Ion baterija sa prikazom stanja napunjenosti								
9	Trajanje baterije minimalno 2 sata								
10	Tehnologija na bazi infracrvenog svjetla koje se apsorbira ili reflektira iz krvi								
	UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE XXV (brojkama)								