

EU - Europski fond za regionalni razvoj
 „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“
 KK.08.1.2.03.0012

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinika za ortopediju

Šalata 6

X MEDICINSKI I NEMEDICINSKI NAMJEŠTAJ

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU PREDMETA NABAVE - Sterilizator plazma s varilicom za folije

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataloški broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
	GRUPA PREDMETA NABAVE XXVII								
	Sterilizator plazma s varilicom za folije	kom	1						
	OBAVEZNE MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE								
1.	PLAZMA STERILIZATOR - NEPROLAZNI								
1.1	sterilizacija plazma tehnologijom na bazi vodik-peroksida								
1.2	sredstvo za sterilizaciju u bočicama ili kazetama maks. koncentracije vodikovog peroksida 58%								
1.3	jedna bočica minimalno 20 normalnih ciklusa ili kazeta kapaciteta sterilizacije minimalno 2 normalna ciklusa								
1.4	maks. trajanje normalnog ciklusa 40 minuta								
1.5	kontrola procesa putem dodirnog pokaznika min. veličine 6-inča								
1.6	operativni sustav Windows ili jednakovrijedno								
1.7	komora iskoristivog volumena minimalno 70 litara i više								
1.8	dubina komore minimalno 624 mm								
1.9	CE certifikat o punoj usklađenosti s europskim normama EN ISO 13485. Proces sterilizacije validiran u skladu sa ISO 14937								
1.10	unutar komore minimalno jedna polica								
1.11	ugrađen printer								
1.12	ugrađena mrežna kartica								
1.13	uređaj opremljen s kotačima								
1.14	jednofazni ili trofazni priključak na električnu energiju								
1.15	vanjske dimenzije maksimalno 1060x1850x800 mm (DxVxŠ)								

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
2.	UREĐAJ ZA VARENJE FOLIJA								
2.1	automatski rotacioni uređaj za varenje folija sa kontrolom temperature varenja								
2.2	elektronsko upravljanje i kontrola temperature								
2.3	ugrađen printer								
2.4	validacije uređaja prema normi EN ISO 11607-2.								
2.5	podešavanja temperature podešavanje pritiska i brzine varenja								
	UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE XXVII (brojkama)								