

EU - Europski fond za regionalni razvoj
 „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“
 KK.08.1.2.03.0012

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinika za ženske bolesti i porode

Petrova 13

X MEDICINSKI I NEMEDICINSKI NAMJEŠTAJ

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU PREDMETA NABAVE - Kolica za prijevoz ležećih

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
	GRUPA PREDMETA NABAVE XXXIII								
	Kolica za prijevoz ležećih	kom	4						
	OBAVEZNE MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE								
1	dvodijelni ležaj širine minimalno 64 cm, duljine min 190 cm, izrađen od HPL-laminata debljine minimalno 6 mm								
2	duljina uzglavlja iznosi minimalno 69 cm								
3	uzglavlje i nožni dio ležaja moraju biti opremljeni ergonomski oblikovanim ručkama za upravljanje kolicima								
4	uglovi ležaja moraju biti zaštićeni okretnim gumenim odbojnicima								
5	s lijeve i desne strane ležaja mora se nalaziti uzdužno sklopiva ograda u cijelosti izrađena od nehrđajućeg ili plastificiranog čelika koja u sklopljenom položaju ne smije prelaziti preko gornjeg ruba ležaja – laminata; u postavljenom položaju mora biti visoka, tj. mora se nalaziti najmanje 30 cm iznad ležaja – laminata								
6	postavljena ograda mora imati okomito ili vodoravno postavljene šipke kako bi se u slučaju mlađih pacijenata, tj. djece spriječilo penjanje ogradom								

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
7	madrac ležaja minimalne debljine min 8 cm, s gornjim slojem od memorijskom ili jednakovrijednom pjenom ; madrac mora biti odvojiv i prijanjajući uz ležnu podlogu.								
8	ojastučenje mora biti napravljeno od materijala koji omogućuje čišćenje jakim dezinficijensima te otpornost na krv, izmet i mokraću i antistatičko i vatrootporno.								
9	visina je kolica hidraulički namjestiva u minimalnom od 56 do maksimalno 96 cm s pomoću papučice smještene na lijevoj i desnoj strani kolica								
10	kolica moraju omogućiti horizontalni položaj, polusjedeći položaj s nagibom uzglavlja do 90 stupnjeva te položaj trendelenburg i antitrendelenburg s nagibom u rasponu od min +12 do -12 stupnjeva								
11	položaji trendelenburg i antitrendelenburg namještaju se s desne i lijeve strane kolica								
12	kolica moraju biti opremljena centralnim kočnim sustavom i kotačima promjera 200 mm								
13	nožna poluga za upravljanje centralnim kočnim sustavom mora se nalaziti na sva 4 mjesta.								
14	ležaj mora biti opremljen šinama od nehrđajućeg čelika standardnoga pravokutnog presjeka 10x25 mm								
15	postolje ležaja mora biti pokriveno plastičnim poklopcem na način da konstrukcija bude što zaštićenija kako bi se omogućilo jednostavno čišćenje								
16	poklopac postolja mora biti oblikovan na način da se u njega mogu staviti osobne stvari pacijenta te da se na predviđeno mjesto može postaviti boca s kisikom od 3 l								
17	nosivost ležaja minimalno 190 kg.								
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE XXXIII (brojkama)									