

EU - Europski fond za regionalni razvoj
 „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“
 KK.08.1.2.03.0012

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinika za stomatologiju

Gunduličeva 5

X MEDICINSKI I NEMEDICINSKI NAMJEŠTAJ

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU PREDMETA NABAVE - Postelje bolesničke s madracima

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataloški broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
GRUPA PREDMETA NABAVE V									
1	Postelje bolesničke s madracima	kom	2						
2	ležna ploha četverodijelna izrađena od poprečnih segmenata od ABS plastike ili jednakovrijedan materijal koji se po potrebi mogu skidati radi pranja i dezinfekcije, graničnici protiv klizanja madraca, podešavanje putem elektromotora								
3	ležna ploha minimalno dimenzija 2000x900 mm								
4	visinska regulacija od min. 390-760 mm putem elektromotora								
5	podešavanje Tr+15° / Atr-15° (dozvoljeno odstupanje ± 3°) putem elektromotora								
6	nagib uzglavlja minimalno 0°-62°; nagib bedrenog dijela min 0°-20° putem el.motora; podešavanje lisnog dijela mehanički								
7	autoregresija –produženje leđnog dijela za minimalno 100 mm, a bedreno lisnog dijela za min. 60 mm ili jednakovrijedno								
8	ručice za CPR smještene obostrano								
9	čela kreveta od ABS plastike ili jednakovrijedno sa dekorom u boji po izboru, mogu se skidati, osigurači protiv nekontroliranog skidanja								
10	krevet ima 4 elektromotora sa zaštitom od vlage IP54 ili IP66 ili IPX 4 koji su kao i ostala oprema usklađeni sa standardom EN 60601-2-52								
11	sestrinski kontrolni panel sa svim komandama smješten kod uznožja ili bočno memorirani položaji (CPR,Tr/Atr, kardio položaj), zaključavanje funkcija ručnog upravljača								

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataloški broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
12	baterija u slučaju nestanka struje sa indikatorom napunjenosti								
13	ručni upravljač dostupan pacijentu								
14	4 otvora za smještaj trapeza, infuzijskog stalka ili ekstenzijskog sistema								
15	na uglovima kreveta kotačići kao zaštita od udaraca minimalno 100 mm								
16	kotači min. Ø 150 mm sa centralnim kočenjem i mogućnošću usmjeravanja za pravocrtnu vožnju								
17	na bočnim stranama kreveta nosači za urinske i drenažne vrećice.								
18	metalne ograde jednostruke, uzdužno sklapajuće sa mehanizmom na vrhu ograda, spuštanje jednom rukom								
18	držači za montažu remenja za humano vezanje pacijenata								
20	metalni dijelovi zaštićeni praškastom bojom nanesenom elektrostatski u boji								
21	nosivost kreveta minimalno 210 kg								
22	Oprema:								
23	trapez sa rukohvatom								
24	teleskopski infuzijski stalak								
	Posteljni uložak za postelju za standardnu njegu pacijenta								
1	posteljni uložak, jednodijelni za standardnu njegu pacijenta / pasivni antidekubitalni madrac.								
2	osigurano preventivno djelovanje protiv vlage, pregrijavanja								
3	jezgra madraca izrađena od hladne poliuretanske pjene koja je narezana u blok strukturi radi boljeg raspoređivanja težine tijela pacijenta.								
4	presvlaka madraca je nepropusna za tekućine a propusna za cirkulaciju zraka i pare.								
5	presvlaka se može po potrebi skinuti prati i dezinficirati.								
7	dimenzija madraca usklađena s dimenzijama postelje za koju se predviđa, visina minimalno 14cm.								
9	nosivost madraca minimalno 210 kg								
	UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE V (brojkama)								