

EU - Europski fond za regionalni razvoj
 „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“
 KK.08.1.2.03.0012

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinika za plućne bolesti

Jordanovac 104.

X MEDICINSKI I NEMEDICINSKI NAMJEŠTAJ

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU PREDMETA NABAVE - Postelje za recovery

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
	GRUPA PREDMETA NABAVE IX								
	Postelje za recovery	kom	3						
	OBAVEZNE MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE								
1	osnovna konstrukcija kreveta na 2 teleskopska stupa ili jednakovrijedno								
2	konstantna visina uzglavlja integrirana u podkonstrukciji kreveta								
3	ležna ploha četverodijelna izrađena od ABS plastike ili jednakovrijedan materijal koja se prema potrebi može skidati								
4	podešavanje putem elektromotora								
5	ležna ploha min 2000x900 mm								
6	visinska regulacija od min 395-775 mm putem elektromotora								
7	podešavanje Tr+15° / Atr-15° (dozvoljeno odstupanje ± 3°) putem elektromotora								
8	nagib uzglavlja minimalno 0°-62°; nagib bedrenog dijela min 0°-20° putem el.motora; podešavanje lisnog dijela mehanički								
9	putem elektro motora; podešavanje lisnog dijela mehanički								
10	autoregresija –produženje leđnog dijela za minimalno 100 mm, a bedreno lisnog dijela za min. 60 mm ili jednakovrijedno								
11	ručica za CPR s obje strane kreveta								
12	čela kreveta od ABS plastike ili jednakovrijedno sa umetcima od HPL laminata u boji po izboru, mogu se skidati, osigurači protiv nekontroliranog skidanja								

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataloški broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
13	u slučaju nestanka el. energije ugrađena baterija od 12v								
14	krevet ima 4 elektromotora sa zaštitom od vlage IP54 ili IP66 ili IPX 4 ili IPX 6 koji su kao i ostala oprema usklađeni sa standardom EN 60601-2-52								
15	sestrinski kontrolni panel sa svim komandama smješten kod uznožja ili bočno zaključavanje ručnog upravljača; memorirani (kardio položaj, CPR, Tr/Atr)								
16	četiri otvora za smještaj trapeza, infuzijskog stalka i ekstenzijskog sistema								
17	na uglovima kreveta kotačići kao zaštita od udaraca min 100 mm								
18	kotači min. Ø 150 mm sa centralnim kočnjem i mogućnošću usmjeravanja za pravocrtnu vožnju								
19	Opcija produženja kreveta min. 170 mm –integrirano u konstrukciji								
20	na bočnim stranama kreveta nosači za urinske i drenažne vrećice.								
21	polica za posteljину								
22	metalni dijelovi –zaštićeni praškastom bojom nanesenom elektrostatski								
23	ograde 4-dijelne od ABS plastike ili jednakovrijedno s komandama								
24	minimalno 4 indikatora nagiba								
25	indikator u ogradi kod glave ima mogućnost signalizacije najnižeg položaja pomoću promjene boje tekućine ili jednakovrijedna opcija								
26	krevet mora zadovoljavati i biti proizveden prema standardu EN 60601-2-52								
27	nosivost kreveta minimalno 210 kg								
28	Dodatna oprema:								
	-infuzijski stalak								
	-trapez s rukohvatom								
	Madraci za bolesničke krevete za recovery								
1	posteljni uložak jednodijelni za intenzivnu njegu pacijenata (pasivni antidekubitalni madrac)								
2	kombinirani madrac izrađen od hladne poliuretanske pjene i visoko elastične pjene ili memori pjena u cjelosti								
3	nepropusna presvlaka sa zatvaračem ,minimalno tri stranice								
4	dimenzija madraca usklađena s dimenzijama postelje za intenzivnu njegu								
5	visina min 14 cm								
6	nosivost madraca minimalno 210 kg								

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE IX (brojkama)									