

EU - Europski fond za regionalni razvoj  
 „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“  
 KK.08.1.2.03.0012

Klinički bolnički centar Zagreb  
 Klinika za unutarnje bolesti  
 Kišpatićeva 12.

**I- UREĐAJI ZA PRAĆENJE FUNKCIJE SRCA I DISANJA**  
**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU PREDMETA NABAVE - Kontinuirani monitoring glukoze**

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
	<b>GRUPA PREDMETA NABAVE - XXX</b>								
	<b>Kontinuirani monitoring glukoze</b>	kom	1						
	OBAVEZNE MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE								
1	kontinuirano bilježenje razina glukoze u intersticiju kroz 6 dana (dnevno 288 mjerenja)								
2	kompatibilan sa Enlite senzorom tvrtke Medtronic								
3	bez monitora, bez alarma, vodootporan								
4	za retrospektivnu analizu podaci se skidaju pomoću USB veze na web softver								
5	potrebna svakodnevna kalibracija sa minimalno 2 vrijednosti GUKa								
	<b>UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE XXX (brojkama)</b>								