

EU - Europski fond za regionalni razvoj
 „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“
 KK.08.1.2.03.0012

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinika za pedijatriju

Kišpatićeva 12

XI RAZNE MEDICINSKE NAPRAVE I PROIZVODI
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU PREDMETA NABAVE - DKR -Perfuzor

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
	GRUPA PREDMETA NABAVE VIII								
	DKR -Perfuzor	kom	19						
1.	Perfuzor								
1.1.	Raspon protoka od 0,1 do 99,99 mL / h u koracima po 0,1 ml / h.								
1.2.	Upotreba štrcaljki od 5, 10, 20, 50 ml , proizvođača koji imaju zaključen ugovor o nabavi sa KBC-om Zagreb.								
1.3.	Volumska regulacija za isporuku od 0,1 do minimalno 999,9 ml								
1.4.	Vremenska regulacija od 01min do minimalno 24 sata.								
1.5.	Automatski izračun protoka ovisno o dozi i najmanje sljedećim parametrima: koncentraciji ili količini lijeka u mikrogramima ,miligramima, IU, mmoL po mL, količini lijeka u mL i masi pacijenta te jedinci površine tijela.								
1.6.	Ručno i automatsko doziranje bolusa s određivanjem volumena (od minimalno 1 ml) i brzine protoka (od minimalno 1 ml / h)								
1.7.	LCD ekran s prikazom volumena, preostalog volumena, tlaka, vrijeme do završetka infuzije, ime lijeka, stanje baterije								
1.8.	Memoriranje minimalno 1000 događaja								
1.9.	Formiranje baze lijekova s osnovnim informacijama o dozi lijeka prema zahtjevima korisnika.								
1.10.	Alarm porasta tlaka i alarm protoka te mogućnost podešavanja granice osjetljivosti na promjenu tlaka u sustavu od 75 do 900 mmHg.								
1.11.	Zaštita od neželjene primjene lijeka u bolusu nakon okluzije.								
1.12.	Detekcija naglog porasta ili pada tlaka u infuzijskom sistemu prije pojave okluzije								

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
1.13.	Alarm najave kraja infuzije								
1.14.	Alarmi : pražnjenja baterije, prekid infuzije , kraj infuzije, neodgovarajućeg položaja štrcaljke,kvar na uređaju .								
1.15.	Održavanje prohodnosti venskog puta -KVO								
1.16.	Napajanje 220V / 50 Hz								
1.17.	Rad baterije pri protoku od 5 ml / h minimalno 6 sati.								
1.18.	Povezivanje minimalno tri uređaja međusobno. Svaki perfuzor mora biti isporučen sa nosačem za montažu na stup ili šinu.								
1.19.	Izbornik na hrvatskom ili engleskom jeziku								
1.20.	Klasa vodootpornosti IP22.								
1.22.	Automatsko ili ručno učvršćivanje potiskivača štrcaljke								
1.23.	Povezivanje pumpi u infuzijske radne stanice, povezivanje minimalno 4 pumpe u jedinstvenu cjelinu.Napajanje jednim kablom								
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE VIII (brojkama)									