

EU - Europski fond za regionalni razvoj
 „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“
 KK.08.1.2.03.0012

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinika za plućne bolesti

Jordanovac 104

XI RAZNE MEDICINSKE NAPRAVE I PROIZVODI
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU PREDMETA NABAVE - Pletizmograf za procjenu funkcije disanja

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataloški broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
	GRUPA PREDMETA NABAVE IV								
	Pletizmograf za procjenu funkcije disanja	kom	1						
	OBAVEZNE MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE								
1	Uređaj treba imati sljedeće funkcije: plućne volumene, protok volumena, otpore, bronhoprovokacijsko testiranje sa jednom koncentracijom metakolina pod kontrolom sustava, impulsnu oscilometriju ili jednakovrijedno								
2	Potpuna usklađenost mjernih parametara i kontrole kvalitete s ATS/ERS smjericama								
3	Raspon mjerenja protoka do± 14L/s, točnost±3%								
4	Volumen kabine min. 800 L								
5	Administrativni programi: baza podataka, generator izvješća, korisničke predviđene vrijednosti								
6	Prijenos podataka, HL7 sučelje								
7	BTPS korekcije u realnom vremenu								
8	Specifični i nespecifični bronhijalni testovi kod bronhoprovokacije								
9	Računalo certificirano sa medicinskim uređajem i kolica sa izolacijskim transformatorom								
	UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE IV (brojkama)								