

EU - Europski fond za regionalni razvoj  
 „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“  
 KK.08.1.2.03.0012

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinika za ortopediju

Kišpatićeva 12

XI RAZNE MEDICINSKE NAPRAVE I PROIZVODI

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU PREDMETA NABAVE - Pregača za zaštitu od RTG zračenja za tijelo i vrat

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
	<b>GRUPA PREDMETA NABAVE XXV</b>								
	<b>Pregača za zaštitu od RTG zračenja za tijelo i vrat</b>								
	OBAVEZNE MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE								
1	Zaštitna jednodjelna rtg pregača s preklopom sprijeda na čičak, pojas širine 10 cm, debljina olova Pb : sprijeda 0,50 mm cijelom dužinom , straga 0,25 mm cijelom dužinom , veličina L, dužina 120 cm. Unutrašni materijal : višeslojni prirodni olovno-gumasti materijal. Vanjski materijal sukladan standardu DIN EN13795, visoke otpornosti na sredstva za dezinfekciju i čišćenje te zaštitu od patogenih organizama. Primjenjivi standardi : DIN 61331-1, DIN EN 61331-3 i DIN 6857-1 . ( boja po izboru )	kom	4						
2	Zaštitna dvodjelna rtg pregača s preklopm sprijeda na čičak, debljina olova: sprijeda 0,50 mm, straga 0,25 mm, veličina S, duljina suknja 70 cm . Unutrašni materijal : višeslojni prirodni olovno-gumasti materijal. Vanjski materijal sukladan standardu DIN EN13795, visoke otpornosti na sredstva za dezinfekciju i čišćenje te zaštitu od patogenih organizama. Primjenjivi standardi : DIN 61331-1, DIN EN 61331-3 i DIN 6857-1 . ( boja po izboru)	kom	4						
3	Zaštitni ovratnik za zaštitu žlijezda s podesivim čičkom ili drukerom ,debljina olova 0,50mm	kom	4						
4	Zaštitni poluštitnik za lice izrađen od akrilnog materijala stakla s olovnom zaštitom 0,10 mmPb, fiksacija oko glave pomoću mehanizma	kom	4						
	<b>UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE XXV (brojkama)</b>								